

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-926-826632	FNZ011170002	顱內監測顱釘組 NEURO MONITOR SKULL BOLT KIT AS:CODMAN 82- 6632	19550		"柯特曼"顱內壓感測變換器是一條一端載有微小的矽高感度壓電式壓力感測器及另一端有電連接的導管。感測器結合顱內壓監測器或介面控制組時，可用於各種顯示顱內壓波形或結合顱內壓結果與其他生命徵象資訊的病人監測系統。	裝置零件斷裂、失去固定，未檢查凝血因子可能造成失血過多	現行健保給付之顱內壓監測裝置，需利用手動方法來計算顱內壓力，本產品皆由電子式24小時監測，可即時反應病患顱內壓力的變化。	0
@	84-989-046037	NEY022120W01	丟棄式肌電檢查用 電極針	110		中心為銀材質傳導提供可信賴的紀錄，銳利的設計易於皮膚穿刺和提高病人的舒適度，人體工學設計的軸心手把較易使用，手把上有刻紋標記，可識別斜角位置，任何方向都可直接連接安寶同軸纜線，提供可信賴的紀錄，具低阻抗且高信號品質，提供六種尺寸。	無	無	0
@	84-991-000004	SSZ005963002	組織黏膠	1720		快速凝結出血處，低複雜度，節省手術時間	無	無健保品項可做比較	0
@	84-A28-700290	FBZ019750001	低側面中型左鎖骨 骨板 AS： ACUMED 70-0290	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇，此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍，不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排斥現象。	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	47-407-250250	WDZ008900001	泰爾茂貼得適人造 真皮 AS:TERUMO 2.5CM X 2.5CM	4475		1.讓病人本身的細胞自己重建類真皮組織。2.完全附著於患部，減輕疼痛。3.可用於深部傷口。(暴露出來的骨骼、肌腱和肌肉等)4.熱交叉鍵結程序的製劑，提供良好的生物相容性。5.低或無抗原性。6.在無菌狀態下製造，可立即用於移植。	本產品採用牛基源的蛋白質做為原始素材，因此禁用於已知曾有對其過敏病史的病人。	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	47-407-250500	WDZ008900002	泰爾茂貼得適人造真皮 AS:TERUMO 2.5CM X 5CM	8350		1.讓病人本身的細胞自己重建類真皮組織。2.完全附著於患部，減輕疼痛。3.可用於深部傷口。(暴露出來的骨骼、肌腱和肌肉等)4.熱交叉鍵結程序的製劑，提供良好的生物相容性。5.低或無抗原性。6.在無菌狀態下製造，可立即用於移植。	本產品採用牛基源的蛋白質做為原始素材，因此禁用於已知曾有對其過敏病史的病人。	無	0
@	47-407-500500	WDZ008900003	泰爾茂貼得適人造真皮 AS:TERUMO 5CM X 5CM	14470		1.讓病人本身的細胞自己重建類真皮組織。2.完全附著於患部，減輕疼痛。3.可用於深部傷口。(暴露出來的骨骼、肌腱和肌肉等)4.熱交叉鍵結程序的製劑，提供良好的生物相容性。5.低或無抗原性。6.在無菌狀態下製造，可立即用於移植。	本產品採用牛基源的蛋白質做為原始素材，因此禁用於已知曾有對其過敏病史的病人。	無.	0
@	84-A29-700814	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
	84-A17-260004	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD - 3.5MM NECK AS:MICROPORT 2600-0004	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鋁合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A17-260005	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT 2600-0005	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鋁合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A17-260006	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD +3.5MM NECK AS:MICROPORT 2600-0006	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鋁合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A17-002846	FBHLCERA15D	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:28MM AS:MICROPORT	33200	28981	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A17-002852	FBHLCERA15D	陶瓷人工髖關節 TRANSCEND CERAMIC LINER 28MM 52-56MM AS:MICROPORT 7200-2852	33200	28981	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A17-002858	FBHLCERA15D	陶瓷人工髖關節 TRANSCEND CERAMIC LINER 28MM 58-62MM AS:MICROPORT 7300-2858	33200	28981	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
@	84-310-0PPH01	SAZ009521001	普克美釘合器(痔瘡釘合器)	13000		1圓形吻合器係藉關閉的吻合器高度控制組織擠壓，用於脫垂及痔瘡手術2.2擴張器及縮口縫合線肛門鏡係幫助縮口縫合線使用於齒狀線上方，另擴張器可用來幫助吻合器插入肛管中3縫合線穿引器可在縫合時，方便縫合線拉動	吻合部位所用之金屬夾(釘)或縫合線可能影響吻合後黏膜修復完整性	暫無健保給付項目可供比較	0
@	84-765-884008	FEY004229001	鋸齒刀柄 反彎40度 外開口 XPS RADENOID PEDIATRIC 4.0MM AS:XOMED 18- 84008	7105		耳鼻喉科用圓銼-單次使用角度之拋棄式旋轉式切削管刀	無	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短38%的手術時間，快速完成手術。	0
@	84-971-010064	CDZ018307001	經內視鏡膽道金屬 支架1X6CM AS:MICROVASIVE M00570640	58500		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-967-091933	BBZ016298005	康威雙片式多柔膚可剪裁墊高式彈性環70MM AS:CONVATEC	285		無扣環設計感覺很柔軟服貼，不須用立即可將便袋黏貼上去，尤其剛手術後可避免因扣袋壓力而造成的傷口疼痛	無	目前無相關品項有健保給付	0
@	84-A29-203210	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-T03-010210	FBZ009500005	DISTAL FEMORAL LOCKING PLATE LATERAL 14H	65000		互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力	進組織可能產生發炎，對金屬產生敏感或有其他不良反應	互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。本產品亦採取生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到	0
@	84-A29-203012	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A29-204012	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-VAL-004200	SAY025753001	利嘉修爾手控式血管凝集器械 LIGASURE VESSEL SEALING HANDSWITCH INSTRUMENTS	35000		1.結紮血管及周邊組織2.7mm以下之血管組織使用	無	無同功能之健保給付品項	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管種	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-286-430506	FSZ018915001	生化可吸收膜 BIORESORBABLE MEMBRANE 5"X 6" AS:GENZYME CORPORATION	12700		為可吸收、半透明的粘黏阻隔膜，由玻尿酸鈉與羧酸甲基纖維素兩種陰離子多醣類組合而成，藉活化劑將上述生化聚合物做化學上的修改而成。	無	暫無健保給付項目可供比較	0
@	84-A29-203010	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A17-870004	FBZ018878001	注射型人工代用骨 PRODENSE INJECTABLE GRAFT 4CC AS:WRIGHT 87SR-	47775		為醫療級硫酸鈣及磷酸鈣，吸收期長達六個月；	部份病人可能會產生手術部位之感染及併發症等	健保給付之人工骨吸收期僅兩個月，對長骨較慢者易造成骨不癒合；美國FDA認證本特材在骨生長、強度、骨質住密度較自體骨佳。	0
@	84-286-076200	FSZ019410002	亞諾貝爾生化可吸收膠 HYALOBARRIER GEL ENDO 30MG/ML/ACP 10ML + 30CM CANNULA	14175		1. 亞諾貝爾生化可吸收膠已經實驗證實能有效降低手術後沾黏的發生率與減輕嚴重程度、提高術後懷孕率，並能於未完全止血時使用。2. 3D凝膠狀的規格使它有別於其他防沾粘產品，能完整包覆不規則組織或器官，形成一層屏障。3. 開放式與內視鏡手術皆有專門設計的規格包裝，醫師能更方便的選用並簡單操作。且凝膠狀的劑型是目前唯一可用於子宮鏡手術後的防沾粘產品。	無	無對應之健保給付品	0
	84-273-823838	CDVPB23838CM	體外可調節腦室腹腔分流術導管組 PROGRAMMABLE VALVE SYSTEM 30MM-200MMH2O	60200	52717	1.可直接由體外做調整。2.包含可調式閥門與抗重力閥門，閥門為鈦合金材質。3.不受磁性環境影響，執行核磁共振攝影後不須再作調整。	1.臨床症狀發生頭痛或嘔吐，有可能未發揮正常的引流功能。2.手術傷口或腦脊髓液感染(腦膜炎)、出血、癲癇。3.引流管系統阻塞。4.植入引流管後，硬膜下血腫	現行健保給付之導管皆為固定壓力且無抗虹吸裝置，若病患術後因為壓力設定或引流過度問題需變更導管壓力，病患需再次手術更換不同壓力之導管，體外可調式腦室腹腔管不需再次手術。	7483.35

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-765-4004HR	FEY004229002	鼻竇動力360度旋轉式0度鋸齒刀片 TRICUT BLADE 4MM ROTABLE 360度 AS:MEDTRONIC 18840	8000		耳鼻喉科用圓銼-單次使用角度之拋棄式旋轉式切削管刀	無	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短38%的手術時間，快速完成手術。	0
@	84-765-4006HR	FEY004229002	鼻竇動力360度旋轉式40度鋸齒刀片 RAD 40 BLADE 4MM ROTABLE 360度 AS:MEDTRONIC 1884	8500		耳鼻喉科用圓銼-單次使用角度之拋棄式旋轉式切削管刀	無	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短38%的手術時間，快速完成手術。	0
@	84-765-4016HR	FEY004229002	鼻竇動力360度旋轉式60度鋸齒刀片 RAD 60 BLADE 4MM ROTABLE 360度 AS:MEDTRONIC 1884	8500		耳鼻喉科用圓銼-單次使用角度之拋棄式旋轉式切削管刀	無	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短38%的手術時間，快速完成手術。	0
@	91-SPH-000371	CFZ024640001	泰悟結腸支架	59940		支架隨著腸道的彎曲度做變化並會因為人的體溫而變硬	無	目前無健保替代品項	0
@	84-A02-442491	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/3 (LEFT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441901	FBZ007815013	馬特仕骨板植入物 MATHYS LOCKING PHILOS PROXIMAL HUMERUS 3.5, PLATE 3H	63400		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-442493	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/3 (RIGHT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A17-260008	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT 2600-0008	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A17-003252	FBHLCERA15D	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:32MM AS:MICROPORT	33200	28981	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
@	84-A29-204010	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-120-508003	WDY015399001	鼻用(止血)敷料	3700		1. 止血2.組織修復3.抗沾黏4.自行降解5.可做為局部藥物釋放載體如抗生素類Gentamicin和Ciprofloxacin以及類固醇類如Triamcinolone.	可能存在(但不限於)以下副作用：感染、過敏、中毒性休克綜合症	無	0
@	84-A02-442492	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/5 (LEFT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A29-801304	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A26-102061	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 6MM AS:ZIMMER 06-141-02061	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0
@	84-A29-203212	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A02-442494	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/5 (RIGHT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
	91-SPH-3C0069	FHP02ADDRSM4	美敦力雙腔可自動轉換模式型心率調整器 DDDR(MVP)	133333		1.為目前同等品項中，使用年限最長。2.可設定睡覺頻率，省電且符和生理需求。3.可使用無線遙控節律器，縮短手術時間，降低手術風險。	1.心律不整:心室頻脈、心房早期收縮、心室早期收縮、右側束支傳導障礙。2.心臟節律器電池壽命	可根據患者活動強度給予適切的心律調整，以符合身理需求。	95333
@	84-A26-101051	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統 TM-100 11*11 5MM AS:ZIMMER 06-141-01051	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0
@	84-A02-439986	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A26-102081	FBZ023047001	多孔鈦金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 8MM AS:ZIMMER 06-141-02081	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈦金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈦金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0
@	84-A02-439985	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H LEFT AS:SYNTHES 439.9	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-281869	FBZ007815002	骨板植入物 DHS TROCANTER STABILIZE PLATE 138MM AS:SYNTHES	15750		支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A29-700306	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	<ul style="list-style-type: none"> 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 無法復位及/或固定。 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 創傷後關節 	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001140	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 14.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001145	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 14.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
@	84-A02-439991	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H LEFT AS:SYNTHES	72000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001190	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 19.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001250	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 25.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
@	84-A02-442497	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP BUTTRESS PLATE 2.4 5/3 (LEFT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A26-102071	FBZ023047001	多孔鈦金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 7MM AS:ZIMMER 06-141-02071	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈦金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈦金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001120	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 12.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001200	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 20.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001205	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 20.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001210	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體21.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001230	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體23.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001235	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體23.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001060	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 6.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001070	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 7.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001080	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 8.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001090	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 9.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001100	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 10.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001105	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 10.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001110	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 11.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001115	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 11.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001125	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 12.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001130	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 13.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001135	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 13.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001215	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 21.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001220	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 22.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001225	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 22.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001240	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 24.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001245	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 24.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001255	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 25.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001260	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 26.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001265	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 26.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001150	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 15.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001155	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 15.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001160	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 16.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001165	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 16.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001170	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 17.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001175	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 17.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001180	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 18.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001185	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 18.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001195	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 19.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001270	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 27.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001275	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 27.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001280	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 28.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001285	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 28.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001290	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 29.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001295	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 29.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-001300	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 30.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
@	84-A29-700406	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT AS:ZIMMER 00-23	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	<ul style="list-style-type: none"> 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 無法復位及/或固定。 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 創傷後關節 	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A26-101061	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統 TM-100 11*11 6MM AS:ZIMMER 06-141-01061	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0
@	84-A26-101081	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統 TM-100 11*11 8MM AS:ZIMMER 06-141-01081	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0
@	84-A26-101071	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統 TM-100 11*11 7MM AS:ZIMMER 06-141-01071	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0
@	84-A26-102091	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 9MM AS:ZIMMER 06-141-02091	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A26-102101	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 10MM AS:ZIMMER 06-141-02101	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0
@	84-A26-102051	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 5MM AS:ZIMMER 06-141-02051	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0
@	84-A02-424770	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/6 AS:SYNTHESE 42	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨節變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A29-800206	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 6H 114MM LEFT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈿金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A26-501081	FBZ018297003	多孔鈿金屬錐體替代系統(實心) TM-500 10X23 PARALLEL 8MM AS:ZIMMER 06-165-01081	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉(subsidence)問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後融合器位移問題。增加植入物安全性	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A26-501101	FBZ018297003	多孔鈿金屬錐體替代系統(實心) TM-500 10X23 PARALLEL 10MM AS:ZIMMER 06-165-01101	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉(subsidence)問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後融合器位移問題。增加植入物安全性	0
@	84-A26-501121	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統(實心) TM-500 10X23 PARALLEL 12MM AS:ZIMMER 06-165-01121	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0
@	84-A26-501141	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統(實心) TM-500 10X23 PARALLEL 14MM AS:ZIMMER 06-165-01141	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0
@	84-A26-502101	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統(空心 4°) TM-500 10X23 ANGLED SLOTTED 10MM AS:ZIMMER 06-1	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A26-502081	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統(實心) TM-500 10X23 PARALLEL 14MM AS:ZIMMER 06-165-01141	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0
@	84-A26-502121	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統(空心 4°) TM-500 10X23 ANGLED SLOTTED 12MM AS:ZIMMER 06-1	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0
@	84-A26-502141	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統(空心 4°) TM-500 10X23 ANGLED SLOTTED 14MM AS:ZIMMER 06-1	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0
@	84-765-882040	FEY004229001	下鼻甲動力旋轉刀片 2.0MM INFERIOR TURBINATE BLADE WITH IRRIGATION TUBE	6800		耳鼻喉科用圓銼-單次使用角度之拋棄式旋轉式切削管刀	無	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短38%的手術時間，快速完成手術。	0
@	91-SPH-3S0002	FNZ014449003	顱內壓力引流監測感應探頭 110-4HM	30060		即時性顱內壓監測及腦脊髓液引流,提供診斷使用之正確數值	感染,血栓,顱內出血	傳統治療使用 CSF 引流導管來測量 CSF 的流出量並轉換成 ICP。缺點：容易阻塞、感染率高、準確度低，無法預測病人真正 ICP	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-926-800010	FNZ014449001	顱內壓力監視器導管 CAMINO POST CRANIOTOMY SUBDURAL PRESSURE MONITORING KIT AS:IN	24000		即時性顱內壓監測	如感染、血栓、顱內出血等	暫無健保給付品項可供比較	0
@	84-926-800020	FNZ014449002	顱內溫度監視器導管 CAMINO INTRACRANIAL PRESSURE-TEMPERATURE MONITORING KIT	24000		即時性顱內壓監測	如感染、血栓、顱內出血等	暫無健保給付品項可供比較	0
@	84-A29-701008	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
	84-A29-503204	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX+7 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-503601	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX-3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-503602	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX0 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-503603	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX+3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-503604	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX+7 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-504001	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX-3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-504002	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX0 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。C	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-504003	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX+3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-504004	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX+7 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-501036	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER II 36 AS:ZIMMER 00- 8775-010-36	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501136	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER JJ 36 AS:ZIMMER 00- 8775-011-36	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-501240	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER KK 40 AS:ZIMMER 00- 8775-012-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501340	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER LL 40 AS:ZIMMER 00- 8775-013-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501440	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER MM 40 AS:ZIMMER 00- 8775-014-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501540	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER NN 40 AS:ZIMMER 00- 8775-015-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501640	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER OO 40 AS:ZIMMER 00- 8775-016-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501740	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER PP 40 AS:ZIMMER 00- 8775-017-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-501840	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER QU 40 AS:ZIMMER 00- 8775-018-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髌臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髌臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501940	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER RR 40 AS:ZIMMER 00- 8775-019-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髌臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髌臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-503201	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX-3.5 AS:ZIMMER 00- 8775-003-01	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直徑股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-503202	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX0 AS:ZIMMER 00- 8775-003-02	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直徑股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-503203	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX+3.5 AS:ZIMMER 00- 8775-003-03	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直徑股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-500832	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER GG 32 AS:ZIMMER 00- 8775-008-32	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髌臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髌臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-500932	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER GG 32 AS:ZIMMER 00- 8775-009-32	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髌臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髌臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-907-443103	FBZ019480007	補骨洞去礦化異體植骨 泥膠 GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PROD	47000		1含去除礦物質後之人骨組織，經添加惰性物質後製成去礦化骨基質(DBM)的異體植骨特材2癒合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代3柔軟或其易塑性可依植入位置模製或切成不同尺寸和形狀用	無	本產品屬健保不給付品，一般健保人工骨都是合成骨植入患部，主要是填補骨缺損當作骨頭之間的傳導橋樑，並沒有任何誘導骨生成功能；Grafton Putty 是從人骨萃取無菌製成保留了微量 BMP，除了提供橋樑傳導外還有骨誘導性可增加骨生成提高融合率。	0
@	84-36A-A00618	CDZ023568001	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:60MM AS:BB-100618	65000		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	0
@	84-36A-A00718	CDZ023568001	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:70MM AS:BB-100718	65000		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	0
@	84-36A-B00618	CDZ023568001	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:60MM AS:BBC-100618	65000		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	0
@	84-36A-A00818	CDZ023568001	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:80MM AS:BB-100818	65000		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-36A-B00718	CDZ023568001	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:70MM AS:BBC-100718	65000		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	0
@	84-36A-B00818	CDZ023568001	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:80MM AS:BBC-100818	65000		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	0
@	84-A02-440441	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 4H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440037	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H LEFT AS:SYNTHES 440.037	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-441279	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓 骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 9H AS:SYNTHES	54750		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-422252	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 7H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳, 關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-202212	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A02-422255	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 9H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-T03-010110	FBZ009500005	5.5MM DISTAL LATERAL FEMORAL LOCKING PLATE 10H RIGHT #2357-101-10	65000		互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力	進組織可能產生發炎，對金屬產生敏感或有其他不良反應	互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。本產品亦採取生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到	0
@	84-A47-SW290K	FBZ019810001	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE XS, H 6MM AS:AESCULAP SW290K	230000		1重建並恢復椎間隙高度2消除疼痛，保留活動度3保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	如1植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂2感染3對植入物料產生過敏反應4靜脈血栓症、，栓塞和心跳停止5血腫和傷口癒合障礙6關節周圍鈣化和融合	保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	0
@	84-A47-SW289K	FBZ019810001	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE XS, H 5MM AS:AESCULAP SW289K	230000		1重建並恢復椎間隙高度2消除疼痛，保留活動度3保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	如1植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂2感染3對植入物料產生過敏反應4靜脈血栓症、，栓塞和心跳停止5血腫和傷口癒合障礙6關節周圍鈣化和融合	保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	0
@	84-971-010025	CFZ014016001	腸道金屬支架 2.5 X 12CM AS:MICROVASIVE 6506	61200		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持腸道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	如支架滑脫、再堵塞等	1可長期支撐，避免病人多次回院以內視鏡擴張之痛苦2對合併化療與放療之病人，可維持較穩定且長期的食道通暢，較易達成口服進食與肛門保存避免造瘻口	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-913-031896	FBZ020591001	骨水泥 OSTEOPAL V BONE CEMENT AS:HERAEUS 66031896	22875		1填充與穩定椎體配合椎體填充工具使用2內含葉綠素使手術區域清晰可見，二氧化鋯使骨水泥有更高顯影效果。	單體汽可刺激呼吸道和眼睛，可能對肝造成傷害，且應避免在手術室內配戴隱形眼鏡	1與傳統骨釘(板)治療之比較：採微創手術傷口較小，可保留較多之原骨骼及肌肉等組織2與一般關節骨水泥比較：因特材聚合度較高，注入椎體較安全；顯影度較高故術中較容易監控；聚合時溫度較適合做為注射脊椎用，週邊組織受創較小；硬度較低彈性較高，較不會壓碎脊椎End Plate	0
@	84-971-010023	CFZ014016001	腸道金屬支架 2.5 X 6CM AS:MICROVASIVE 6504	61200		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持腸道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	如支架滑脫、再堵塞等	1可長期支撐，避免病人多次回院以內視鏡擴張之痛苦2對合併化療與放療之病人，可維持較穩定且長期的食道通暢，較易達成口服進食與肛門保存避免造瘻口	0
@	84-971-010022	CFZ014016001	腸道金屬支架 2.5 X 9CM AS:MICROVASIVE 6505	61200		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持腸道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	如支架滑脫、再堵塞等	1可長期支撐，避免病人多次回院以內視鏡擴張之痛苦2對合併化療與放療之病人，可維持較穩定且長期的食道通暢，較易達成口服進食與肛門保存避免造瘻口	0
@	84-A02-424812	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/8 AS:SYNTHES 424	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
	84-A17-000011	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT 2600-0011	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉍合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A17-000012	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD +3.5MM NECK AS:MICROPORT 2600-0012	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉍合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A17-003258	FBHLCERA15D	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:32MM AS:MICROPORT	33200	28981	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A17-003264	FBHLCERA15D	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:32MM AS:MICROPORT	33200	28981	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A17-003664	FBHLCERA15D	陶瓷人工髖關節 TRANSCEND CERAMIC LINER 36MM 64-68MM AS:MICROPORT 7400-3664	33200	28981	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A17-260007	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD - 4MM NECK AS:MICROPORT 2600-0007	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A17-260009	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD +4MM NECK AS:MICROPORT 2600-0009	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
@	84-A29-700714	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H RIGHT AS:ZIMMER 00- 2357-007-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-700408	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 00-23	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	<ul style="list-style-type: none"> 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 無法復位及/或固定。 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 創傷後關節 	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
	84-A17-000010	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD - 3.5MM NECK AS:MICROPORT 2600-0010	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鎢鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
@	84-A02-422220	FBZ007815014	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 5H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422221	FBZ007815014	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 5H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422222	FBZ007815014	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 7H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422223	FBZ007815014	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 7H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422224	FBZ007815014	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 9H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-422225	FBZ007815014	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 9H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422226	FBZ007815014	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 11H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422227	FBZ007815014	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 11H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422228	FBZ007815014	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 13H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422229	FBZ007815014	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 13H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422250	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 5H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422251	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 5H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422253	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 7H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422254	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 9H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-422256	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 11H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422257	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 11H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422258	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 13H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422259	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 13H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424571	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 7H AS:SYNTHES 424.571	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424581	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 8H AS:SYNTHES 424.581	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424591	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 9H AS:SYNTHES 424.591	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424601	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 10H AS:SYNTHES 424.601	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-424611	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 11H AS:SYNTHESES 424.611	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424561	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 6H AS:SYNTHESES 424.561	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424621	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 12H AS:SYNTHESES 424.621	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424768	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 12H AS:SYNTHESES 424.621	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424772	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 12H AS:SYNTHESES 424.621	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424774	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/10 AS:SYNTHESES 4	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424776	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/10 AS:SYNTHESES 4	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-424808	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/4 AS:SYNTHES 424	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424810	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/6 AS:SYNTHES 424	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424814	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/10 AS:SYNTHES 42	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424816	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/12 AS:SYNTHES 42	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426561	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 6H AS:SYNTHES 426.561	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426571	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 7H AS:SYNTHES 426.571	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-426581	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 8H AS:SYNTHES 426.581	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426591	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 9H AS:SYNTHES 426.591	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426601	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 10H AS:SYNTHES 426.601	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426621	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 12H AS:SYNTHES 426.621	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426661	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 16H AS:SYNTHES 426.661	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429351	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTIO N PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429361	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTIO N PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-429371	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 7H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429381	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 8H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429391	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 9H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429401	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 10H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439984	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439987	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439988	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-439989	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-439990	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440036	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H RIGHT AS:SYNTHES 440.036	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440038	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 440.038	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440039	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H LEFT AS:SYNTHES 440.039	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440040	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT AS:SYNTHES 440.040	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-440041	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H LEFT AS:SYNTHES 440.041	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440042	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H RIGHT AS:SYNTHES 440.042	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440043	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H LEFT AS:SYNTHES	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440044	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H RIGHT AS:SYNTHES 440.044	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440045	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H LEFT AS:SYNTHES	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440151	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T- PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440161	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T- PLATE 4.5/5.0 6H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-440171	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T- PLATE 4.5/5.0 7H AS:SYNTHESES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440181	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T- PLATE 4.5/5.0 8H AS:SYNTHESES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440251	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS L- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG54H AS:SYNTHESES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440241	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG 4H AS:SYNTHESES 440.241	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440141	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T- PLATE 4.5/5.0 4H AS:SYNTHESES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440261	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS L- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG 6H AS:SYNTHESES 440.261	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440341	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS T- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 4H AS:SYNTHESES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-440351	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS T- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440361	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 6H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440451	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 5H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440461	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 6H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-423591	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 9H AS:SYNTHES 423.591	34000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A29-701010	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計， 強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘 拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術，減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-700308	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題	<ul style="list-style-type: none"> 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 無法復位及/或固定。 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 創傷後關節 	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700310	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	<ul style="list-style-type: none"> 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 無法復位及/或固定。 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 創傷後關節 	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700312	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	<ul style="list-style-type: none"> 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 無法復位及/或固定。 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 創傷後關節 	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700314	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	<ul style="list-style-type: none"> 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 無法復位及/或固定。 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 創傷後關節 	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-700316	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	<ul style="list-style-type: none"> 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 無法復位及/或固定。 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 創傷後關節 	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700416	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 16H LEFT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	<ul style="list-style-type: none"> 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 無法復位及/或固定。 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 創傷後關節 	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700414	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	<ul style="list-style-type: none"> 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 無法復位及/或固定。 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 創傷後關節 	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700412	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H LEFT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	<ul style="list-style-type: none"> 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 無法復位及/或固定。 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 創傷後關節 	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-700410	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	<ul style="list-style-type: none"> 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 無法復位及/或固定。 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 創傷後關節 	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700706	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700708	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700710	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 00- 2357-007-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700718	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H RIGHT AS:ZIMMER 00- 2357-007-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700806	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-700808	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700810	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700818	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700906	FBZ009500004	DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT AS:ZIMMER 00- 2357-009-06	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700908	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700910	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 00- 2357-009	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700914	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H RIGHT AS:ZIMMER 00- 2357-009	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-700918	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H RIGHT AS:ZIMMER 00- 2357-009	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計， 強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘 拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術，減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、 異物感較低	0
@	84-A29-701006	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計， 強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘 拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術，減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-701014	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計， 強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘 拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術，減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-701018	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計， 強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘 拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術，減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801303	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計， 強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘 拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術，減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、 異物感較低	0
@	84-A29-801306	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計， 強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘 拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術，減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、 異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-801308	FBZ009500007	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 8HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-013-08	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801310	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE 10HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801312	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE 12HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801403	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3 HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801404	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4 HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801406	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 6 HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801408	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 8 HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-801410	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 10HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801412	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 12HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801703	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801704	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801803	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801804	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801806	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 6HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-802703	FBZ009500007	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 3 HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計， 強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘 拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術，減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-802705	FBZ009500007	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 5 HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計， 強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘 拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術，減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-802803	FBZ009500007	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 3 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計， 強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘 拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術，減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-802805	FBZ009500007	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 5 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計， 強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘 拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術，減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-800104	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 4H 90MM RIGHT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計， 強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘 拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術，減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、 異物感較低	0
@	84-A29-800106	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 6H 114MM RIGHT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計， 強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘 拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術，減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、 異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-800108	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 8H 138MM RIGHT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-800112	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 12H 186MM RIGHT AS:ZIMMER 00-235	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-800116	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 16H 234MM RIGHT AS:ZIMMER 00-235	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-800204	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 4H 90MM LEFT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-800208	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 8H 138MM LEFT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-800212	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 12H 186MM LEFT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-800216	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 16H 234MM LEFT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-B05-112029	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨 骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 7H LEFT	59850		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441903	FBZ007815013	MATHYS LOCKING PHILOS PROXIMAL HUMERUS 3.5, PLATE 5H AS:SYNTHES	63400		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-984-008301	TSZ010846005	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 2.5-6CM INCISIONS S AS:APPLIED C8301	2520		有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快，疼痛少	無	暫無健保給付品項可供比較	0
@	84-984-008302	TSZ010846002	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 5-9CM INCISIONS M AS:APPLIED C8302	2990		有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快，疼痛少	無	暫無健保給付品項可供比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-984-008312	TSZ028377006	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 2-4CM INCISIONS XS AS:APPLIED C8312	2140		有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快，疼痛少	無	暫無健保給付品項可供比較	0
@	84-T03-010106	FBZ009500005	DISTAL FEMORAL LOCKING PLATE LATERAL 6 HOLE RIGHT #2357-101- 06	65000		互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力	進組織可能產生發炎，對金屬產生敏感或有其他不良反應	互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。本產品亦採生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到	0
@	84-B05-112027	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨 骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 6H LEFT	59850		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A29-202210	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結 構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A47-SW295K	FBZ019810001	人工頸椎椎間盤植 入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE L, H 5MM AS:AESULAP SW295K	230000		1重建並恢復椎間隙高度2消除疼痛，保留活動 度3保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	如1植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂2感染3對植入物料產生過敏反應4靜脈血栓症、，栓塞和心跳停止5血腫和傷口癒合障礙6關節周圍鈣化和融合	保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	0
@	84-B05-112009	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨 骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL	59850		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112012	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL	59850		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳, 關節活動順暢	0
@	84-B05-112026	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 6H RIGHT	59850		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-441274	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 5H AS:SYNTHES	54750		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳, 關節活動順暢	0
@	84-041-200012	CDY016656001	關節鏡沖洗管 ACCESS 15 IRRIGATION SYSTEM INFLOW-ONLY DISPOSABLE TUBE	1890		可事先選擇關節內壓與流量.一旦到達事先選擇的壓力水平,主機會自動中斷液體.如果關節內壓落到事先選擇的壓力水平下,則液體會自動重新啟動.	無	無	0
@	84-A28-LDR50L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 11洞 LOCKING STANDARD LEFT DISTAL RADIUS PLATE 11H	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板, 生物相容性高, 骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同, 選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延, 不完全的癒合, 或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質, 固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主, 固定力較差、易鬆脫, 不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板, 醫師須在手術期間塑形骨板形狀, 不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾, 須二次手術取出。	0
	84-A02-472115	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL SMALL 130° 10MMX200MM AS:SYNTHES 472.115S	63000	43012	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計, 可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	提供角穩定性, 對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度, 病患可提早活動, 避免併發症.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-442490	FBZ007815017	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE (STRAIGHT) 2.4/6H AS:SYNTHES 442.490	45000		專為亞洲人設計，末端有靜態或動態鎖定	無	釘子的角度多樣性，更符合人體工學	0
	84-A02-473806	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 AS:SYNTHES 473.806S	63000	43012	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	無	19987.8
	84-A02-473018	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX340MM LONG RIGHTAS:SYNTHES S 473.018S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳.	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
	84-A02-473026	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX340MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.026S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳.	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
@	84-B05-441097	FBZ019735001	鎖定加壓鎖骨鉤骨板 LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X18MM 6H LEFT AS:SYNTHES 441.097	59850		材質符合人體相容性，符合人體工學	無	無	0
	84-A02-473028	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX380MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.028S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳.	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-441623	FBZ007815016	馬特仕骨板植入物 MATHYS CALCANEAL LOCKING PLATE 3.5MM LEFT 69MM AS:SYNTHESES 441.6	53865		支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A28-700287	FBZ019750001	低側面直型右鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H STR RIGHT AS：ACUMED 70-0287	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700288	FBZ019750001	低側面大型左鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H LARGE LEFT AS：ACUMED 70-0288	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-LDR50R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 11洞 LOCKING STANDARD RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 11H	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-700118	FBZ019750001	遠前端鎖骨骨板 LATERAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 8H AS：ACUMED 70-0118	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-LDR30L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 10洞 LOCKING NARROW LEFT DISTAL RADIUS PLATE 10H AS	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排斥。	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
	84-A02-473020	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX380MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.020S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳。	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
@	84-A28-LDR70L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 13洞 LOCKING STANDARD LEFT DISTAL RADIUS PLATE 13H	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排斥。	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-LDR60R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 13洞 LOCKING EXTENDED RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 13H	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排斥。	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-700286	FBZ019750001	低側面直型左鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H STR LEFT AS: ACUMED 70-0286	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇，此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍，不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排斥。	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-913-100041	FBZ019006001	特徽素抗生素骨水泥 ANTIBIOTIC SIMPLEX BONE CEMENT RADIOPAQUE WITH TOBRAMYCIN 41G	19920		抗生素均勻分散包覆於骨水泥分子達到治療與預防感染效果	不良反應根據告報:血壓暫時性下降、血栓性靜脈炎等。	抗生素均勻分散包覆於骨水泥分子達到治療與預防感染的效果。與傳統骨水泥操作方式相同，簡單方便	0
@	84-A28-700289	FBZ019750001	低側面大型右鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H LARGE RIGHT AS: ACUMED 70-028	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。	0
	84-A02-472116	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL SMALL 130° 11MMX200MM AS:SYNTHES 472.116S	63000	43012	'1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計,可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	'1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	提供角穩定性,對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度,病患可提早活動,避免併發症.	19987.8
@	84-A28-700291	FBZ019750001	低側面中型右鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H MEDIUM RIGHT AS: ACUMED 70-02	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-LDR30R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 10洞 LOCKING NARROW RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 10H A	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板,醫師須在手術期間塑形骨板形狀,不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾,須二次手術取出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700055	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 10洞 ACU-LOC DORSAL PLATE STANDARD LEFT 10H AS : ACU	48810		"艾克曼解剖鎖定型骨折固定系統"可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合的。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排斥現象。疼痛不舒服或是對植入物產生異	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-LDR70R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 13洞 VDR RIGHT DISTAL RADIUS PLATE WIDE 13H AS : ACU	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	91-SPH-3S0010	FBZ018297005	多孔鈦金屬椎體替代系統VER-11	131940		高開孔率結構：，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器深部。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨，材質擁有高磨擦係數。	身體對異物的過敏反應	鈦金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈦金屬椎體替代器材上進而達到長期的融合固定效果。	0
@	84-B05-441094	FBZ019735001	鎖定加壓鎖骨鉤骨板 LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X15MM 6H RIGHT AS:SYNTHES	59850		材質符合人體相容性，符合人體工學	無	無	0
@	84-A02-441681	FBZ021824001	近端橈骨頭鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 5+2H AS : SYNTHES 441.6	58275		骨板上有5度角的傾斜，符合人體橈骨結構	無	1.解剖預塑型2.鎖定圓孔內有螺紋，搭配鎖定頭骨釘能達成穩定角度結構，絕不會鬆動3.上述特殊設計可幫助縮短手術時間，並提供切合病患的最佳治癒效。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700123	FBZ019750001	遠端右鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 16H RIGHT AS : ACUMED 70-0123	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。	0
	84-893-109035	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工 水晶體 3.5D 如:RAYNER 920H	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片,存在著球面像差,而非球面人工水晶體則能減少球面像差,提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
@	84-A28-700125	FBZ019750001	遠端右鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 13H RIGHT AS : ACUMED 70-0125	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。	0
	84-A02-473022	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX420MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.022S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計,可解決不同創傷骨折適應症,鈦合金材質和人體相容性佳.	無	材質、釘子的角度多樣性,更符合人體工學	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112011	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨 骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL	59850		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A28-700066	FBZ019750001	中段掌側橈骨骨板 VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 6H AS: ACUMED 70- 0066	41000		使用鈦材質的預塑形式骨板, 生物相容性高, 骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度 可依病人不同, 選擇最貼、最符合骨形的骨板 固定。	過多的活動量, 植入 時的拖延, 不完全的 癒合, 或是植入時對 植入物有過大的外力 壓迫皆有可能導致植 入物的破裂、位移與 鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質, 固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主, 固 定力較差、易鬆脫, 不適合長期 留在病人體內。健保無此解剖形 骨板, 醫師須在手術期間塑形骨 板形狀, 不易貼附易造成不舒服 感及軟組織干擾, 須二次手術取	0
@	84-A28-LDR60L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 13洞 LOCKING EXTENDED LEFT DISTAL RADIUS PLATE 13H	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選 擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板, 生物 相容性高, 骨板強度高於一般重建骨板多3.5 倍。不同曲度可依病人不同, 選擇最貼、最符 合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時 的拖延, 不完全的癒 合, 或是植入時對植 入物有過大量的外力 壓迫皆有可能導致植 入物的破裂、位移與 鬆脫。病人可能產生 對植入物的過敏或排	健保材料為不鏽鋼材質, 固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主, 固 定力較差、易鬆脫, 不適合長期 留在病人體內。健保無此解剖形 骨板, 醫師須在手術期間塑形骨 板形狀, 不易貼附易造成不舒服 感及軟組織干擾, 須二次手術取 出。	0
	84-893-109105	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工 水晶體 10.5D 如:RAYNER 920H	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片, 存在著球面像 差, 而非球面人工水晶體則能減少球面像差, 提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可 能會抵銷其效果或導 致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺 品質改善(增加視覺敏感度、改善 水晶體調節能力, 同時提供遠、 中、近距離視力)。2.材料生物相 容性更佳, 減少復發型白內障的 比率。3. 植入特殊功能人工水晶 體所需標準較高(不是每位白內障 病患均適用), 需更精密的手術前 評估及手術技術。4.一般功能人工 水晶體除了費用較低廉外, 在某 些情況下(如水晶體後囊破裂、玻 璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
@	84-B05-09352S	FBZ020276001	順行中空股骨髓內 釘 EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:10MM L:360MM AS:SYNTHES 04.009.352S	69700		股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折, 骨質疏鬆病患使用。對骨折部位 提供良好的固定效果	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-109130	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 13.0D 如:RAYNER 920H	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
	84-893-065210	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 21.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	可以補償角膜球面相差，本產品為雙凸非球面設計具有直角光學後緣。	無	提升視覺對比敏感度	2881.2
@	91-SPH-3S0011	FBZ023401001	"捷邁"椎間支撐固定器系統	110340		本系統適用於穩定脊柱而非骨融合之植入物。本產品用於植入脊柱棘突間。是根據欲填補的空間設計而成並配以適當的操作技術。包含一個可植入脊椎的填充物、並由一固定帶將上下兩個鄰近的棘突連結在一起。	1.由於手術、植入物移動引起的神經系統併發症、癱瘓、表淺或深部感染、疼痛。2.表面或深層感染與發炎現象。3.因植入物材質引發過敏反	無	0
	84-893-065225	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 22.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A26-906045	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.0X45MM AS: ZIMMER 01.03906.045	18425		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	1.可減緩鄰近椎節的退化速度。2.可保持全部椎節的活動度。避免術後脊椎僵硬。	0
@	84-B05-112519	FBZ023616001	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板3.5MM 8H	77700		符合人體工學，手術時間縮短	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果。	0
@	84-A26-906440	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.4X40MM AS: ZIMMER 01.03906.440	18425		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	1.可減緩鄰近椎節的退化速度。2.可保持全部椎節的活動度。避免術後脊椎僵硬。	0
@	84-A26-706045	FBZ014381005	丹妮絲脊椎系統 DYNESYS SPINAL SYSTEM MOD SPACER UNIVERSAL STERILE	14550		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	1.可減緩鄰近椎節的退化速度。2.可保持全部椎節的活動度。避免術後脊椎僵硬。	0
@	84-A26-731100	FBZ014381006	丹妮絲脊椎系統 DYNESYS SPINAL SYSTEM CORD 100 LIS BAND AS:ZIMMER	39000		降低脊椎破壞和術後僵硬。保持術後脊椎的活動度。維持椎間盤正常高度，避免神經壓迫。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	可減緩鄰近椎節的退化速度。可保持全部椎節的活動度。避免術後脊椎僵硬。	0
	84-893-065215	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 21.5D AS:AMO ZCR00	30000	27119	可以補償角膜球面相差，本產品為雙凸非球面設計具有直角光學後緣。	無	提升視覺對比敏感度	2881.2
@	84-B05-112527	FBZ023616001	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板 LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 12H LEFT A	77700		符合人體工學，手術時間縮短	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A37-202468	FBZ023008001	彎式半月板修補系統	22000		1. 全內置方式，由內而外縫合. 2. 表面無多餘傷口. 3. 各種方向裂縫皆可修補. 4. 修補打結一次完成. 5. 採Ultrabraid縫線. 6. 採用peek材質，強度更佳。增加確定位置再擊發功能。	無	無	0
@	84-B05-112518	FBZ023616001	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板	77700		符合人體工學，手術時間縮短	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供最好的固定效果。	0
@	84-A02-441690	FBZ021824001	近端橈骨頭鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 2H AS：SYNTHES	58275		骨板上有5度角的傾斜，符合人體橈骨結構	無	1.解剖預塑型. 2. 鎖定圓孔內有螺紋，搭配鎖定頭骨釘能達成穩定角度結構，絕不會鬆動. 3. 上述特殊設計可幫助縮短手術時間，並提供切合病患的最佳治療效.	0
@	84-B05-441074	FBZ019735001	3.5LCP鎖骨鉤鎖定加壓接骨板右4孔 深15MM 如:SYNTHES	59850		材質符合人體相容性，符合人體工學	無	無	0
@	84-A47-SW291K	FBZ019810001	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE S, H 5MM AS:AESCULAP SW291K	230000		1重建並恢復椎間隙高度2消除疼痛，保留活動度3保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	如1植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂2感染3對植入物料產生過敏反應4靜脈血栓症、，栓塞和心跳停止5血腫和傷口癒合障礙6關節周圍鈣化和融合	保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	0
@	84-A02-441285	FBZ019220004	肱骨遠端內側鎖定加壓骨板	34000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441275	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 5H AS:SYNTHES	54750		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-996-503213	S2017351	瑞福雷斯(鈹)雷射汽化光纖管	114000		RevoLix瑞福雷斯雷射系統可在接觸式或非接觸式模式下進行切割、分離、移除和凝結軟組織。它基本的原理是利用水份子吸收它所產生的27m的雷射光波能量，依照不同的治療應用方法，使產生的熱作為凝結或消融組織之用。雷射能量被組織吸收的範圍控制在表面及0.5-1mm以下組織層。當光纖或光束慢慢移動或固定放射時，更下層的組織可能由於熱傳導而造成傷害，即應用工具保持在定點的時間越長，被熱傷害影響的範圍即越大。	無	無	0
@	84-A26-906445	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.4X45MM AS: ZIMMER 01.03906.445	18425		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	1.可減緩鄰近椎節的退化速度。2.可保持全部椎節的活動度。避免術後脊椎僵硬。	0
	84-A02-473805	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 AS:SYNTHES 473.805S	63000	43012	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	無	19987.8
	84-893-003130	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 13.0D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
@	84-A28-LDR65L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 16洞 EXTRA LONG LEFT DISTAL RADIUS PLATE 16H AS: AC	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-441077	FBZ019735001	3.5LCP鎖骨鉤鎖定加壓接骨板左4孔深18MM 如:SYNTHES	59850		材質符合人體相容性，符合人體工學	無	無	0
@	84-B05-112523	FBZ023616001	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板	77700		符合人體工學，手術時間縮短	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果。	0
@	84-A28-700292	FBZ019750001	低側面小型左鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H SMALL LEFTAS : ACUMED 70-0292	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
	91-SPH-3C0228	FHP02EN1DRM4	安信諾核磁共振心臟節律器	157333	62000	1.為目前同等品項中，使用年限最長。2.可設定睡覺頻率，省電且符合生理需求。3.可使用無線遙控節律器，縮短手術時間，降低手術風險。	1.心律不整:心室頻脈、心房早期收縮、心室早期收縮、右側束支傳導障礙。2.心臟節律器上位置	1.可接受核磁共振檢查的心臟節律器。2.可根據患者活動強度給予適切的心律調整，以符合生理需求。	95333
@	84-A02-436505	FBZ019220002	鷹嘴突鎖定加壓骨板 LCP OLECRANON PLATE 3.5MM 4H LEFT AS : SYNTHES 436.505	54750		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動.複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-A28-LDR65R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 16洞 EXTRA LONG RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 16H AS : ACUMED PL-DR65R	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A29-203014	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 AS:ZIMMER 5962-30-14	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-441680	FBZ021824001	近端橈骨頭鎖定加壓骨板 AS:SYNTHES 441.680	58275		骨板上有5度角的傾斜，符合人體橈骨結構	無	1.解剖預塑型2.鎖定圓孔內有螺紋，搭配鎖定頭骨釘能達成穩定角度結構，絕不會鬆動3.上述特殊設計可幫助縮短手術時間，並提供切合病患的最佳治療效。	0
@	91-SPH-3S0013	TKY023243002	秘杉思超音波手術裝置-探頭	37000		可使用於外科手術程序中對於腫瘤組織的振盪移除，而不傷害周圍神經及血管，減少手術中正常組織的破壞，尤其是腦部組織，並有效減少手術時間。	過低的給水速率可能造成組織的灼傷	※傳統的治療方法:1.出血量:≥500CC。2.安全性:有潛在不安定的危險及併發症；如進行腫瘤組織的移除時，可能造成正常組織破壞及周圍神經及血管受損等風	0
@	91-SPH-3S0014	TKY023243001	秘杉思超音波手術裝置-沖洗導管	6600		於外科手術程序中與超音波手術裝置-探頭搭配使用，對於腫瘤組織的振盪移除，而不傷害周圍神經及血管，精確切割避免周遭組織之過度傷害，並有效減少手術時間，降低手術風險及減少術中失血量，加速病患復原。	無	健保給付方案：傳統手術手動器械：1.有潛在不安定的危險及併發症；如腫瘤組織的移除時，可能造成正常組織的破壞及周圍神經及血管受損、出血量增加等風險。2.需要消耗較長手術時間。	0
@	84-B05-09561S	FBZ020276001	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL LEFT D:12MM L:400MM AS:SYNTHES	69700		股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	0
@	84-B05-09560S	FBZ020276001	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:12MM L:400MM AS:SYNTHES 04.009.560S	69700		股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	0
@	84-A29-204017	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 AS:ZIMMER 5962-40-17	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700056	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 10洞 ACU-LOC DORSAL PLATE STANDARD RIGHT 10H AS : ACUMED 70-0056	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。	0
@	84-B05-441096	FBZ019735001	鎖定加壓鎖骨鉤骨板 LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X18MM 6H RIGHT AS:SYNTHES	59850		材質符合人體相容性,符合人體工學	無	無	0
@	84-A28-700294	FBZ019750001	大型左鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 10H LEFT AS : ACUMED 70-0294	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700071	FBZ019750001	中段尺骨骨板 MIDSHAFT ULNA PLATE 8H AS : ACUMED 70-0071	41000		使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板,醫師須在手術期間塑形骨板形狀,不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾,須二次手術取	0
@	84-A28-700070	FBZ019750001	中段尺骨骨板 MIDSHAFT ULNA PLATE 6H AS : ACUMED 70-0070	41000		使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板,醫師須在手術期間塑形骨板形狀,不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾,須二次手術取	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700293	FBZ019750001	低側面小型右鎖骨 骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H SMALL RIGHT AS：ACUMED 7	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700295	FBZ019750001	大型右鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 10H RIGHT AS： ACUMED 70-0295	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700124	FBZ019750001	遠端左鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 16H LEFT AS： ACUMED 70-0124	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700126	FBZ019750001	遠端左鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 13H LEFT AS： ACUMED 70-0126	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700057	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 8河 ACU-LOC DORSAL PLATE NARROW LEFT 8H AS： ACUMED	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700058	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 8洞 ACU-LOC DORSAL PLATE NARROW RIGHT 8H AS : ACUMED	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A02-423581	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 8H AS:SYNTHESES 423.581	34000		針對人體解剖位置預先塑型,邊緣平滑設計,減少柔軟組織的刺激。	無	自費產品在鎖定加壓有很高的成效,能更有效地固定骨折部位與更快地康復,健保部分沒有鎖定加壓作用。	0
@	84-286-010007	FSZ017697002	優全補疝氣系統 ULTRAPRO HERNIA SYSTEM LARGE 6CM X12CM X1 0CM AS:ETHICON	13000		UHS為一種無菌、預先成形、三維的網片,其組成包括未染色的覆蓋補片,經由網狀圓柱與襯底補片相連接	通常於手術植入的材質有關,包括暫時性發炎異物反應,血清腫、感染惡化、沾黏的形成	較不會發生術後疼痛,	0
@	84-286-010008	FSZ017697003	優全補疝氣系統 ULTRAPRO HERNIA SYSTEM OVAL 6CM X12CM X10 CM X12CM	13000		UHS為一種無菌、預先成形、三維的網片,其組成包括未染色的覆蓋補片,經由網狀圓柱與襯底補片相連接	通常於手術植入的材質有關,包括暫時性發炎異物反應,血清腫、感染惡化、沾黏的形成	較不會發生術後疼痛,與異物感應的現象,同時術後恢復效果較快	0
@	84-B05-441075	FBZ019735001	3.5LCP鎖骨鉤鎖定 加壓接骨板左4 孔 深15MM 如:SYNTHESES	59850		材質符合人體相容性,符合人體工學	無	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-109010	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 1.0D 如:RAYNER 920H	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
	84-893-109170	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 17.0D 如:RAYNER 920H	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
@	84-B05-112138	FBZ024782001	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 2.7/3.5MM RIGHT 4H AS:SYNTHES 04.112.138	72450		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動.複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-A02-423601	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 10H AS:SYNTHES 423.601	34000		支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-286-010006	FSZ017697001	優全補疝氣系統 ULTRAPRO HERNIA SYSTEM MEDIUM 6CMX12CMX7.5CM AS:ETHICON	13000		UHS為一種無菌、預先成形、三維的網片，其組成包括未染色的覆蓋補片，經由網狀圓柱與襯底補片相連接	通常於手術植入的材質有關，包括暫時性發炎異物反應，血清腫、感染惡化、沾黏的形成	較不會發生術後疼痛，與異物反應的現象，同時術後恢復效果較快	0
	84-893-114205	FALSNT0RC1RY	散光非球面人工水晶體 20.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	44780	41899	環明散光推注式人工水晶體是高精度單片光學設計，通過機器加工和磨平達到臨床品質的RAYACRY而製成，可以避免矽油粘連和矽油引起的渾濁化。	無特殊不良反應	提供散光矯正	2881.2
	84-893-109160	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 16.0D 如:RAYNER 920H	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
@	84-B05-112139	FBZ024782001	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 SYNTHES 04.112.139	72450		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-110205	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 20.5D 如:RAYNER 970C	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
	84-893-110190	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 19.0D 如:RAYNER 970C	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
	84-893-110200	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 20.0D 如:RAYNER 970C	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SW293K	FBZ019810001	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE M, H 5MM	230000		1重建並恢復椎間隙高度2消除疼痛,保留活動度3保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	如1植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂2感染3對植入物產生過敏反應4靜脈血栓症、, 栓塞和心跳停止5血腫和傷口癒合障礙6關節周圍鈣化和融合	保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	0
@	84-B05-112143	FBZ024782001	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM LEFT 6H	72450		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能達成穩定角度結構.不會鬆動.複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112526	FBZ023616001	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板	77700		符合人體工學,手術時間縮短	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折,骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果。	0
@	84-A02-472106	FBZ018785001	長股骨髓內釘系統 AS:SYNTHES 472.106S	60000		1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計,可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	提供角穩定性,對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度,病患可提早活動,避免併發症.	0
	84-893-110220	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 22.0D 如:RAYNER 970C	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片,存在著球面像差,而非球面人工水晶體則能減少球面像差,提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力,同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳,減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用),需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外,在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-721004	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX 130MM AS:APLUS 0702-	51975		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固定效果 更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合 效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228612	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 12HX163MM AS:APLUS 0202-	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效 果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520108	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 右 AS:APLUS 0502-0001-08	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效 果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520112	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 右AS:APLUS 0502- 0001-12	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效 果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
	84-893-110180	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工 水晶體 18.0D 如:RAYNER 970C	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像 差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差， 提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可 能會抵銷其效果或導 致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺 品質改善(增加視覺敏感度、改善 水晶體調節能力，同時提供遠、 中、近距離視力)。2.材料生物相 容性更佳，減少復發型白內障的 比率。3. 植入特殊功能人工水晶 體所需標準較高(不是每位白內障 病患均適用)，需更精密的手術前 評估及手術技術。4.一般功能人工 水晶體除了費用較低廉外，在某 些情況下(如水晶體後囊破裂、玻 璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
@	84-A03-221006	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE	51700		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固定效果 更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合 效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-221104	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX106MM	51700		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固定效果 更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合 效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710012	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX235MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固定效果 更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合 效果更好減少Revision的機會	0
	84-273-800425	CDVPBPGAVIAE	雅氏麥凱可調式腦 脊髓液分流系統 AS:AESCULAP FV425-T	71275	63792	1.可直接由體外做調整。2.包含可調式閥門與抗 重力閥門，閥門為鈦合金材質。3.不受磁性環 境影響，執行核磁共振攝影後不須再作調整。 4.可調整閥門範圍 0-20cmH2O，最小級距為 1cmH2O，共 21 段。	1.臨床症狀發生頭痛 或嘔吐，有可能未發 揮正常的引流功能。 2.手術傷口或腦脊髓 液感染(腦膜炎)、出 血、癲癇。3.引流管 系統阻塞。4.植入引 流管後，硬膜下血腫	現行健保給付之導管皆為固定壓 力且無抗虹吸裝置，若病患術後 因為壓力設定或引流過度問 題需 變更導管壓力，病患需再次手術 更換不同壓力之導管，體外可調 式腦室腹腔管不需再次手術。	7483.35
@	84-A03-710104	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 右 AS:APLUS 0701- 0001-04	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效 果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711004	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX126MM AS:APLUS 0701-	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效 果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710004	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 AS:APLUS 0701- 0000-04	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效 果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-109175	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 17.5D 如:RAYNER 920H	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
@	84-A28-700045	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 7洞 AS: ACUMED 70-0045	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A03-711008	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 8HX190MM AS:APLUS 0701-	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
	84-893-003145	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 14.5D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
@	84-A03-520106	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX172MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-228608	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 8HX111MM AS:APLUS 0202-0806-08	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228610	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 10HX137MM AS:APLUS 0202-	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無副作用	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520008	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000103	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 右 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 3HX72MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-B05-09353S	FBZ020276001	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL LEFT D:10MM L:360MM AS:SYNTHES	69700		股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折,骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	0
	84-893-003140	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 14.0D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
@	84-A29-203214	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 AS:ZIMMER 5962-32-14	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理,使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量,且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患,建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A03-410602	FBZ003129012	橈骨遠端內側骨板 AS:APLUS 0401-0006-02	41000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-210010	FBZ003129003	肱骨遠端內側骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 10HX92MM	40780		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520006	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520010	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 10HX236MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520110	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520012	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 12HX268MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520014	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 14HX300MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520114	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-520016	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 16HX332MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520116	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710106	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX151MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710006	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710108	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX179MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710008	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710110	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX207MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-710010	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX207MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710112	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX235MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720104	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 4HX112MM RIGHT AS:APLUS 0702- 0001-04	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720004	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 4HX112MM LEFT AS:APLUS 0702- 0000-04	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720106	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 6HX144MM RIGHT AS:APLUS 0702- 0001-06	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720108	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 8HX176MM RIGHT AS:APLUS 0702- 0001-08	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-720006	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 6HX144MM LEFT AS:APLUS 0702- 0000-06	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720008	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 8HX176MM LEFT AS:APLUS 0702- 0000-08	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720110	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 10HX208MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-10	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720010	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 10HX208MM LEFT AS:APLUS 0702- 0000-10	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720112	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 12HX240MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-12	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720012	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 12HX240MM LEFT	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-711104	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX126MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711006	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711106	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX158MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711108	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX190MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711010	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX222MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711110	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711012	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX254MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-711112	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711014	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 14HX286MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711114	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721104	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX130MM AS:APLUS 0702- 0101-04	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721006	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 6HX162MM AS:APLUS 0702-	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721106	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX162MM AS:APLUS 0702- 0101-06	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-721008	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 8HX194MM AS:APLUS 0702-	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721108	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX194MM AS:APLUS 0702- 0101-08	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721010	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX226MM	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721110	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX226MM AS:APLUS 0702-	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721012	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX258MM AS:APLUS 0702- 0100-12	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721112	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX258MM AS:APLUS 0702-	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-721014	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 14HX290MM AS:APLUS 0702- 0100-14	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721114	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 14HX290MM AS:APLUS 0702-	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221004	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE	51700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221106	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX132MM	51700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無副作用	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221108	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX158MM	51700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無副作用	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221008	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE	51700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-221110	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	51700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221010	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 10HX184MM	51700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221112	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	51700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221012	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 12HX210MM	51700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250004	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板 左 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE	54900		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250104	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板 右 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 4HX103MM	54900		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-250105	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板 右 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 5HX118MM	54900		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250005	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板 左 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE	54900		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250106	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板 右 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 6HX144MM	54900		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250006	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板 左 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE	54900		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-410604	FBZ003129012	橈骨遠端內側骨板 DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 4HX74MM	41000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-410606	FBZ003129012	橈骨遠端內側骨板 DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 6HX96MM	41000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-210012	FBZ003129003	肱骨遠端內側骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 12HX112MM	40780		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-210014	FBZ003129003	肱骨遠端內側骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 14HX132MM	40780		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000003	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 左 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE LEFT	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000004	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 左 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 4HX83MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000104	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 右 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 4HX83MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000005	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 左 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 5HX94MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000105	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 右 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 5HX94MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228604	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 4HX50MM	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228606	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 4HX50MM	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228101	FBZ003129005	跟骨外側骨板 右 小 CALCANEUS LOCKING PLATE SMALL 58MM	37500		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-228001	FBZ003129005	跟骨外側骨板 左小 CALCANEUS LOCKING PLATE SMALL 58MM	37500		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228102	FBZ003129005	跟骨外側骨板 右中 CALCANEUS LOCKING PLATE MEDIUM 64.5MM	37500		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228002	FBZ003129005	跟骨外側骨板 左中 CALCANEUS LOCKING PLATE MEDIUM 64.5MM	37500		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228103	FBZ003129005	跟骨外側骨板 右大 CALCANEUS LOCKING PLATE LARGE 71.5MM	37500		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228003	FBZ003129005	跟骨外側骨板 左大 CALCANEUS LOCKING PLATE LARGE 71.5MM	37500		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A28-700400	FBZ020503001	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE MEDIUM 8H LEFT AS :	60000		解剖貼附	無	Size種類多元,硬度高,符合人體工學	0
@	84-B05-09457S	FBZ020276001	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL LEFT D:11MM L:380MM AS:SYNTHES	69700		股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折,骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-110185	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 18.5D 如:RAYNER 970C	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
@	84-B05-004340	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ9.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.340	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用。少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體	0
@	84-A02-441919	FBZ019220005	馬特仕骨板植入物 3.5, PLATE 6H AS:SYNTHES 441.919	63400		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112008	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨骨板2.7/3.5MM 6H RIGHT AS:SYNTHES	59850		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-B05-112010	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨骨板 2.7/3.5MM 4H RIGHT AS:SYNTHES	59850		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112013	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨 骨板 2.7/3.5MM 5H LEFT AS:SYNTHES 04.112.013	59850		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-B05-112020	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨 骨板 2.7/3.5MM 8H RIGHT AS:SYNTHES	59850		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-B05-112021	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨 骨板 2.7/3.5MM 8H LEFT AS:SYNTHES 04.112.021	59850		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-B05-112080	FBZ023405001	上方鎖骨鎖定加壓 骨板 3.5MM RIGHT 6H AS:SYNTHES 04.112.080	63000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配 鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合 孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板 造型	1.植入物變形失效肇 因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2. 過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒 合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112081	FBZ023405001	上方鎖骨鎖定加壓 骨板 3.5MM LEFT 6H AS:SYNTHES 04.112.081	63000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配 鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合 孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板 造型	1.植入物變形失效肇 因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2. 過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒 合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112082	FBZ023405001	上方鎖骨鎖定加壓 骨板 3.5MM RIGHT 7H AS:SYNTHES 04.112.082	63000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配 鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合 孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板 造型	1.植入物變形失效肇 因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2. 過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒 合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112083	FBZ023405001	上方鎖骨鎖定加壓 骨板 3.5MM LEFT 7H AS:SYNTHES 04.112.083	63000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓孔內有螺紋.搭配 鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合 孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板 造型	1.植入物變形失效肇因 於植入物選擇錯誤 或 內固定過度負荷2.過 敏反應肇因於無法 適 應植入物材質3.癒合 遲緩因於血液循環 系 統障礙6.植入物引起	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112084	FBZ023405001	上方鎖骨鎖定加壓 骨板 3.5MM RIGHT 8H AS:SYNTHES 04.112.084	63000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓孔內有螺紋.搭配 鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合 孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板 造型	1.植入物變形失效肇因 於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2. 過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒 合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112085	FBZ023405001	上方鎖骨鎖定加壓 骨板 3.5MM LEFT 8H AS:SYNTHES 04.112.085	63000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓孔內有螺紋.搭配 鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合 孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板 造型	1.植入物變形失效肇因 於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2. 過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒 合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-441076	FBZ019735001	"信迪思" 鎖定加壓 鎖骨鉤骨板植入物 /3.5MM鎖骨鉤桿骨 板	59850		材質符合人體相容性，符合人體工學	無	無	0
@	84-B05-441095	FBZ019735001	鎖定加壓鎖骨鉤骨 板 LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X15MM 6H LEFT AS:SYNTHES 441.095	59850		材質符合人體相容性，符合人體工學	無	無	0
@	84-A26-906450	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎 螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.4X50MM AS：ZIMMER 01.03906.450	18425		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留 脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎 間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力 分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥 物管理局(FDA)及歐盟 認可.植入物本身對人 體無副作用.	1.可減緩鄰近椎節的退化速度. 2. 可保持全部椎節的活動度.避免術 後脊椎僵硬.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A26-731200	FBZ014381006	丹妮絲脊椎系統 DYNESYS SPINAL SYSTEM CORD 200 LIS BAND AS:ZIMMER	39000		降低脊椎破壞和術後僵硬度。保持術後脊椎的活動度。維持椎間盤正常高度，避免神經壓迫。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	可減緩鄰近椎節的退化速度。可保持全部椎節的活動度。避免術後脊椎僵硬。	0
@	84-A28-700046	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 7洞 VOLAR DISTAL ULNA PLATE STANDARD RIGHT 7H	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排斥	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-907-310005	FBZ003458003	膠原蛋白骨骼填補 物 COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX GRANULES 5CC AS:NUVASIVE 5010005	46970		合成骨填料，含有高度純化的第一型膠原蛋白及兩相陶瓷顆粒(氫氧基磷灰石及三鈣磷酸鹽)。產品植入前可添加患者之骨髓，使用混合物能刺激骨質新生。具生物相容性，對於骨質新生提供具有骨引導性。當骨髓與產品混合後，富茂骨兼具骨傳導性及骨誘導性，可代替自體骨填補物，減少二次手術中所產生的併發症及痛楚。富茂骨是由牛筋中純化之纖維狀第一型膠原蛋白，再加入由氫氧基磷灰石及β型三鈣磷酸鹽燒結而成的兩相陶瓷(直徑為0.5-1.0mm之不規則顆粒)所組成。以提供骨質新生所需的基質。在人體內，膠原蛋白及β型三鈣磷酸鹽可被吸收並逐漸	無	健保已給付之類似功能類別品項(人工代用骨)主要為生物陶瓷類骨填補材，本產品為膠原蛋白混合生物陶瓷之複合式骨填補材料；除了陶瓷本身組成的HA/TCP具有良好的生物相容性及骨引導功能外，複合的膠原蛋白材料並有誘導如BMP等生長因子的功效，其促進骨新生能力優於傳統骨填補材料。其中膠原蛋白有利於吸附自體骨髓(BMA)，而使此類骨材除了骨引導能力外更具有骨誘導能力，可優於健保已給付之品項。吸收新生修復的速度與自體骨骼相似。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-907-310205	FBZ003458006	膠原蛋白骨骼填補物 COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX STRIPS 4MM X 15MMX22.5MM(2)	46970		合成骨填料，含有高度純化的第一型膠原蛋白及兩相陶瓷顆粒(氫氧基磷灰石及三鈣磷酸鹽)。產品植入前可添加患者之骨髓，使用混合物能刺激骨質新生。具生物相容性，對於骨質新生提供具有骨引導性。當骨髓與產品混合後，富茂骨兼具骨傳導性及骨誘導性，可代替自體骨填補物，減少二次手術中所產生的併發症及痛楚。富茂骨是由牛筋中純化之纖維狀第一型膠原蛋白，再加入由氫氧基磷灰石及β型三鈣磷酸鹽燒結而成的兩相陶瓷(直徑為0.5-1.0mm之不規則顆粒)所組成。以提供骨質新生所需的基質。在人體內，膠原蛋白及β型三鈣磷酸鹽可被吸收	無	一般健保品項僅具骨傳導功效，本品項與患者骨髓混合後，兼具骨傳導性及骨誘導性，可刺激骨質新生，因內含膠原蛋白，產品有柔軟易塑型、促進止血功能及高度生物相容性之特色。	0
@	84-B05-004537	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 11.0MM 285MM AS:SYNTHES 04.004.537	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用，少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的	0
@	84-286-1208DL	FSZ019507001	帕瑞挺寶格麗編網左側 PARIETENE PROGRIP MESHES LEFT SIDE 12X8CM	11775		為單絲聚丙烯編織而成，並在其中一邊附多個聚乳酸單絲可吸收鉤子。	可能的併發症：血清腫、血腫、復發、慢性疼痛、感染、內臟沾粘、對產品成分產生過敏反應。	Mesh 本身具備有可吸收聚乳酸單絲可吸收鉤子,目前無相似之健保品項.	0
@	84-286-1208DR	FSZ019507001	帕瑞挺寶格麗編網右側 PARIETENE PROGRIP MESHES RIGHT SIDE 12X8CM	11775		為單絲聚丙烯編織而成，並在其中一邊附多個聚乳酸單絲可吸收鉤子。	可能的併發症：血清腫、血腫、復發、慢性疼痛、感染、內臟沾粘、對產品成分產生過敏反應。	Mesh 本身具備有可吸收聚乳酸單絲可吸收鉤子,目前無相似之健保品項.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-004446	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 10.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.446	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用。少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體	0
@	84-A26-906050	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.0X50MM AS: ZIMMER 01.03906.050	18425		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	1.可減緩鄰近椎節的退化速度。2.可保持全部椎節的活動度。避免術後脊椎僵硬。	0
@	84-286-15102L	FSZ017436001	帕瑞得人工編網 左側 PARIETEX MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN TECT1510ADP2L	15750		1. 前腹膜腹腔鏡術式(TEP)專用的人工編網，以最佳符合解剖上的結構，分左、右邊供病患使用。2. 獨特以2D + 3D編織構造: 強化2D部分的修補結構，同時增加手術操控性、加強病灶修補的功能。而柔軟的3D解剖性編織結構，更能保護重要血管組織等的敏感地帶。3. 獨特採親水性聚酯 (polyester) 材質，與組織服貼性佳，更能促進細胞生長植入,真正強化修補效果。4. 材料屬性較不易皺縮、移位，也因而疼痛感降低。5. 產品帶伸縮線，術中易於精確置放。	使用本產品後，也可能出現因使用人工編網進行壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):(1)血清腫、血腫 (2) 復發 (3) 慢性疼痛 (4) 感染 (5) 內臟沾粘對產品成分產生過敏反應	1. 專為先進之前腹膜腹腔鏡術式使用，病患傷口小、術後恢復快。2. 特有之親水性材質與獨特的編織方式，使得本產品與組織服貼性佳、促進細胞生長效率。3. 符合解剖上修補原理的設計，可同時覆蓋直疝、斜疝與股疝發生的位置。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-286-15102R	FSZ017436001	帕瑞得人工編網 右側 PARIETEX MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN TECT1510ADP2R	15750		1. 前腹膜腹腔鏡術式(TEP)專用的人工編網，以最佳符合解剖上的結構,分左、右邊供病患使用。2. 獨特以2D + 3D編織構造: 強化2D部分的修補結構，同時增加手術操控性、加強病灶修補的功能。而柔軟的3D解剖性編織結構，更能保護重要血管組織等的敏感地帶。3. 獨特採親水性聚酯 (polyester) 材質，與組織服貼性佳，更能促進細胞生長植入,真正強化修補效果。4. 材料屬性較不易皺縮、移位，也因而疼痛感降低。5. 產品帶伸縮線，術中易於精確置放。	使用本產品後，也可能出現因使用人工編網進行壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):(1)血清腫、血腫 (2) 復發 (3) 慢性疼痛 (4) 感染 (5) 內臟沾粘對產品成分產生過敏反應	1. 專為先進之前腹膜腹腔鏡術式使用，病患傷口小、術後恢復快。2. 特有之親水性材質與獨特的編織方式，使得本產品與組織服貼性佳、促進細胞生長效率。3. 符合解剖上修補原理的設計，可同時覆蓋直疝、斜疝與股疝發生的位置。	0
	91-SPH-3C0276	CBP06ELUT9SB	(自付差額)新能吉艾諾莉萊斯冠狀動脈塗藥支架系統	74305	59501	運用免疫抑制藥物以抑制血管內皮細胞增生，可減少冠狀動脈再狹窄機率，降為3-7%，優於一般裸金屬血管支架。	1.急性支架內血栓，一個月內：<1%；6-12月：0.5%。2.半年內支架再生性狹窄3-7%。3.支架位移。4.	裸金屬支架內再生性狹窄20-40%，塗藥支架內再生性狹窄3-7%，塗藥支架可減少支架內再生性狹窄問題。	14803.95
@	84-A28-700401	FBZ020503001	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE MEDIUM 8H LEFT AS :	60000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-B05-004546	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ11.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.546	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用。少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-004440	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 10.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.440	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用。少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體	0
@	84-B05-004437	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 10.0MM 285MM AS:SYNTHES 04.004.437	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用。少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體	0
@	84-B05-004640	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 12.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.640	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用。少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體	0
	84-893-110270	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 27.0D 如:RAYNER 970C	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-110195	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 19.5D 如:RAYNER 970C	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
	84-893-110240	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 24.0D 如:RAYNER 970C	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
	84-893-110280	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 28.0D 如:RAYNER 970C	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-913-2A2520	FBZ025957001	萬古慶大黴素骨水泥 VANCOGENX 40G WITH VANCOMYCIN+GENTAMICIN AS:TECRES 12A2520	22000		本骨水泥含有慶大黴素(Gentamicin)和萬古黴素(Vancomycin),它可做為含抗生素之空間維持裝置或永久性人工關節植入物	使用骨水泥時可能會出現下列不良反應:血壓短暫地下降,血栓性靜脈炎,出血-血腫,表面/深部手術傷口感染,骨股粗隆突滑囊炎,短期的心臟傳導不規則	健保品在作用時皆為高溫且不含抗生素,本骨水泥含有慶大黴素(Gentamicin)和萬古黴素聚合反應時溫度較低.	0
@	84-913-CM0300	FBZ025611001	克西鈞脊固骨水泥 COHESION BONE CEMENT 20ML AS:TEKNIMED CM0300	23625		1.具有高黏度350PAS的骨水泥,在注入時會形成球形的凝聚狀,且有較長的注入時間,使得骨水泥的可控性與安全性較佳。2.具有高顯影性的氧化鋇顯影劑、相容於人體,無須另外添加顯影3.填充與穩定椎體配合椎體填充工具使用。4.用於緩解和消除椎體壓迫性骨折、椎體瘤(癌症或骨髓瘤),以及椎體血管瘤的疼痛。	椎體整形手術可直接或間接的造成下列的併發症: Methylmethacrylate已證實在一些過敏體質的病患上會造成急性過敏甚至導致嚴重的過敏反應	材質對苯二酚(HYDROQUINONE)非高黏度骨水泥、注入椎體內無法控制其流向且較易外漏、與造成其他病變。克西鈞脊固骨水泥:材質丙烯酸(PMMA)、具有高黏度的骨水泥,在注入時,其黏度最低可達到350PAS,注入椎體內,會形成球形的凝聚狀,骨水泥的可控性較佳;具有高顯影性的氧化鋇顯影劑,骨水泥注入過程的籃控性較佳	0
@	84-B05-004649	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 12.0MM 345MM AS:SYNTHES 04.004.649	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計,提供多角度固定,提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小,手術時間短。	植入物不可重複使用。少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項:只能針對脛骨幹端部位骨折治療,無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療;自費品項:在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘,能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質,具有高生物相容性,可長期置入體	0
@	84-B05-004443	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 10.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.443	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計,提供多角度固定,提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小,手術時間短。	植入物不可重複使用。少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項:只能針對脛骨幹端部位骨折治療,無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療;自費品項:在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘,能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質,具有高生物相容性,可長期置入體	0
@	84-A14-710310	FBZ019512001	小型手部鎖定鈦板 10 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-10310	38350		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6Al4V合金製成,更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性,相較於健保更穩定。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A14-17008E	FBZ019512002	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 8MM AS:STRYKER 53-17008E	1755		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6A14V合金製成，更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性，相較於健保更穩定。	0
@	84-A14-17009E	FBZ019512002	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 9MM AS:STRYKER 53-17009E	1755		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6A14V合金製成，更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性，相較於健保更穩定。	0
@	84-A14-17012E	FBZ019512002	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 12MM AS:STRYKER 53-	1755		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6A14V合金製成，更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性，相較於健保更穩定。	0
@	84-A14-17014E	FBZ019512002	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 14MM AS:STRYKER 53-	1755		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6A14V合金製成，更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性，相較於健保更穩定。	0
	91-SPH-3C0279	CBC04RASFASB	"波士頓科技"藍吉 紫杉醇塗藥周邊氣 球導管(自付差額品 項)	80000	49788	1.紫杉醇塗藥周邊氣球導管是塗有紫杉醇(藥物)和賦形劑配方的半順應性Over-the-Wire經皮腔內血管成形術氣球導管。2.導管末端呈錐形，便於將導管推進狹窄部位，有兩個不透射線的標記。3.有裝載工具，可保護藥物塗層。	潛在不良事件包括但不限於以下各項：1.過敏反應(器械、造影劑、藥物)2.心律失常3.死亡4.血腫5.血液動力學不穩定6.出血7.假性動脈瘤8.敗血症/感染9.血栓發作10.血管血栓形成11.血管損傷(例如剝離、	無	30211.65
@	84-A02-441284	FBZ019220004	肱骨遠端內側鎖定 加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM MEDIAL RIGHT 5H AS:SYNTH	34000		鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SW292K	FBZ019810001	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE S, H 6MM AS:AESULAP SW292K	230000		1重建並恢復椎間隙高度2消除疼痛，保留活動度3保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	如1植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂2感染3對植入物料產生過敏反應4靜脈血栓症、栓塞和心跳停止5血腫和傷口癒合障礙6關節周圍鈣化和融合	保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	0
	84-893-109150	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 15.0D 如:RAYNER 920H	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
@	84-A37-200777	FBZ010928001	可吸收肩關節軟組織縫合錨釘 AB 5.0MM SUTURE ANCHOR AS:SMITH & NEPHEW 72200777	20000		1. 可吸收材質 2. 雙孔帶線，不同顏色縫合線方便在關節鏡中操作" 3. 提供Ultrabraid縫線，強度佳	無	無	0
@	84-984-0060ES	CDZ003620002	傷口撐開器 WOUND RETRACTOR 60MM AS:LAGIS	1800		協助拉開和維持切口大小以及避免傷口遭受污染。	無	本產品為健保不給付品項，無健保給付品項之相似品，故無法比較。	0
@	84-286-076204	FSZ005261002	防粘連可吸收膠 40MG/ML 10ML/PC	14490		本品為滅菌、透明且黏稠的玻尿酸凝膠，主要成份是玻尿酸的衍生物，而玻尿酸是人體的結締組織、上皮細胞及間皮組織的重要組成成份。	無	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-310-ABS015	TSZ026337001	單一使用可吸收固定釘 5MM W/15 TACKS AS:COVIDIEN ABSTACK15	17500		1. 適用於腹腔鏡或開腹式手術，取代傳統縫線固定的角色。2. 待組織植入人工網膜強化後，本品於人體內約一年左右可完全被吸收，無異物留存體內。3. 整體拋棄式個人專屬設計，釘體深色及釘形於術中辨識度高，增加手術精確度。4. 植入大面積人工網膜mesh時，更能有效縮短手術時間。5. 減緩病人術後因使用傳統縫線易引起的疼痛。	目前無文獻特別報告之。	健保給付品項無此類商品。	0
	84-893-110210	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 21.0D 如:RAYNER 970C	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
@	84-A17-650002	FBZ027409002	悠補骨補骨材料 BONE MATRIX 2CC AS:EXACTECH 650-00-02	47585		本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，例如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	0
	84-A02-472114	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL SMALL 130° 9MMX200MM AS:SYNTHES 472.114S	63000	43012	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	91-SPH-3C0287	FHP02MR72UST	聖猷達"安速拉第心臟節律器-雙腔(自付差額)	157333	62000	1.為目前同等品項中，使用年限最長。2.可設定睡覺頻率，省電且符和生理需求。3.可使用無線遙控節律器，縮短手術時間，降低手術風險。	1.心律不整:心室頻脈、心房早期收縮、心室早期收縮、右側束支傳導障礙。2.心	1.可接受核磁共振檢查的心臟節律器。2.可根據患者活動強度給予適切的心律調整，以符合身理需求。	95333
@	84-984-00080S	CDZ003620003	傷口撐開器 WOUND RETRACTOR 80MM AS:LAGIS	1860		協助拉開和維持切口大小以及避免傷口遭受污染。	無	本產品為健保不給付品項，無健保給付品項之相似品，故無法比較。	0
	84-893-110215	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 21.5D 如:RAYNER 970C	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
@	91-SPH-3S0033	CDZ004839001	“大吉士”傷口撐開器氣密蓋(CP-60ES)	3220		搭配大吉士傷口撐開器使用，可作為穿刺套管之穿刺平台，並保持腹腔積氣不散失。	無	本產品為健保不給付品項，無健保給付品項之相似品，故無法比較。	0
	84-893-003190	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 19.0D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	91-SPH-3C0288	FHP02ASSRMST	"聖猷達"安速拉第心臟節律器	133333		1.為目前同等品項中，使用年限最長。2.可設定睡覺頻率，省電且符和生理需求。3.可使用無線遙控節律器，縮短手術時間，降低手術風險。	1.心律不整:心室頻脈、心房早期收縮、心室早期收縮、右側束支傳導障礙。2.心	1.可根據患者活動強度給予適切的心律調整，以符合身理需求。	95333

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-109115	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 11.5D 如:RAYNER 920H	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
@	84-A28-700048	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 9洞 VOLAR DISTAL ULNA PLATE LONG RIGHT 9H AS: ACUME	48810		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700067	FBZ019750001	中段掌側橈骨骨板 VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 8H AS: ACUMED 70-0067	41000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
	84-A02-473030	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX420MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.030S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳。	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A26-002101	FBZ024624001	多孔鈿金屬亞帝斯 錐間融合系統 26X9X10MM AS:ZIMMER 06- 701-02101	110000		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使 骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚 醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材 質擁有高摩擦係數	本產品由美國食品藥 物管理局(FDA)及歐盟 認可。植入物本身對人 體無副作用。	骨生長能力極佳，骨頭可以長進 融合器本身，提供更大範圍的融 合面積。可達成早期骨融合效果 ，讓病人在更短時間內回復。軟 硬度接近人體骨頭，減少融合器 術後的下沉(subsidence)問題。高 摩擦係數表面可增加融合器的穩 定度，減少術後融合器位移問 題。增加植入物安全性。此產品 適用於小傷口微創腰椎融合手術。	0
	84-893-109135	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工 水晶體 13.5D 如:RAYNER 920H	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像 差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差， 提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可 能會抵銷其效果或導 致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺 品質改善(增加視覺敏感度、改善 水晶體調節能力，同時提供遠、 中、近距離視力)。2.材料生物相 容性更佳，減少復發型白內障的 比率。3. 植入特殊功能人工水晶 體所需標準較高(不是每位白內障 病患均適用)，需更精密的手術前 評估及手術技術。4.一般功能人工 水晶體除了費用較低廉外，在某 些情況下(如水晶體後囊破裂、玻 璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
	84-893-109125	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工 水晶體 12.5D 如:RAYNER 920H	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像 差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差， 提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可 能會抵銷其效果或導 致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺 品質改善(增加視覺敏感度、改善 水晶體調節能力，同時提供遠、 中、近距離視力)。2.材料生物相 容性更佳，減少復發型白內障的 比率。3. 植入特殊功能人工水晶 體所需標準較高(不是每位白內障 病患均適用)，需更精密的手術前 評估及手術技術。4.一般功能人工 水晶體除了費用較低廉外，在某 些情況下(如水晶體後囊破裂、玻 璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A39-200035	FBZ026601001	利普縫線固定錨釘 5.5MM #2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910- 200-035	21900		1.螺旋槳雙螺紋設計，有絕佳的固定效果。2.錨釘本身具有中空設計，能讓骨頭與錨釘充分結合生長，有助於術後效果。	1.可能出現縫線或錨釘斷裂的情況。2.縫合期間可能出現固定失敗或錨釘拉出。3.病人可能出現深度或淺度感染。4.病人可能對裝置材料過敏或產生其	無健保替代品	0
@	84-A39-200075	FBZ026601001	利普縫線固定錨釘 6.5MM #2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910- 200-075	21900		1.螺旋槳雙螺紋設計，有絕佳的固定效果。2.錨釘本身具有中空設計，能讓骨頭與錨釘充分結合生長，有助於術後效果。	1.可能出現縫線或錨釘斷裂的情況。2.縫合期間可能出現固定失敗或錨釘拉出。3.病人可能出現深度或淺度感染。4.病人可能對裝置材料過敏或產生其	無健保替代品	0
@	84-286-005010	FBZ023781001	維骨適膝關節腔滑 液替代物(防沾黏) 50MG/10ML AS:TRB CHEMEDICA VISCOSEAL	27300		1.替代並補充關節鏡手術所流失的關節液。2.恢復保護層覆蓋軟骨和滑膜免受機械損傷和炎症介質，保護結構減輕關節疼痛，改善活動能力並促進關節功能之復原。3.恢復關節產生HA的穩定與平衡。4.恢復潤滑和減震性改善關節功能和移動性。5.刺激內源性HA的生產並促進傷口癒合復原。	本產品依據核准之適應症及劑量狀況下使用，尚無已知之不良	健保尚無給付類似適應症之產品	0
@	84-B05-004343	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內 釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ9.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.343	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用，少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的	0
	91-SPH-3C0295	CBP06ELUT2HC	"海斯凱"泰坦歐德 邁冠狀動脈支架系 統(自付差額)	68500	53696	1.生物活性塗層血管支架沒有聚合物成份與藥物，是採用目前已知與血管排斥最少、親合性最佳的鈦金屬，再鍍上壹層人體血管壁上原就存在的一氧化氮(NO)薄膜。2.有效的降低再狹窄與抑制內皮細胞增厚，減少血小板與纖維蛋白沉澱，使發炎反應降至最低，並加速皮細胞生長、調節血管張力、促進血管快速癒合，以安全達到降低血管再狹窄的目的	心導管支架置放術相關之副作用或併發症，裝置本款支架時均可能發生。	裝置支架後為避免支架內血栓的發生，使用生物活性塗層血管支架，穩定性心絞痛患者需服用兩種抗血小板藥物一個月，急性冠狀動脈症候群(ACS註)患者需服用兩種抗血小板藥物三個月。	14803.95

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-004646	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 12.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.646	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用，少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的	0
@	84-B05-004337	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 9.0MM 285MM AS:SYNTHES 04.004.337	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用。少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體	0
	91-SPH-3C0296	CBP06ELUT6M4	(自付差額)律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統	74117	59313	運用免疫抑制藥物以抑制血管內皮細胞增生，可減少冠狀動脈再狹窄機率，降為3-7%，優於一般裸金屬血管支架。	1.急性支架內血栓，一個月內：<1%；6-12月：0.5%。2.半年內支架再生性狹窄3-7%。3.支架位移。4.	裸金屬支架內再生性狹窄20-40%，塗藥支架內再生性狹窄3-7%，塗藥支架可減少支架內再生性狹窄問題。	14803.95
@	84-A26-002091	FBZ024624001	多孔鈦金屬亞帝斯錐間融合系統 26X9X9MM AS:ZIMMER 06-701-02091	110000		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉(subsidence)問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後融合器位移問題。增加植入物安全性。此產品適用於小傷口微創腰椎融合手術	0
@	84-A20-638338	FBZ022213006	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8338	70085		本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態包括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001095	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 9.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
	84-893-109120	FALSNWAVE1RY	非球面推注式人工水晶體 12.0D 如:RAYNER 920H	28000	25119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及	2881.2
@	84-A02-423561	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 6H AS:SYNTHES 423.561	34000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-996-206001	S8025604	鈹光外科雷射系統用光纖 200W 600UM CORE 3M LONG AS:QUANTA OAF006001	114000		手術中幾乎不出血，術後恢復快，無熱傷害問題，大富降低手術時間及風險，術中即可採樣攝護腺組織標本，可早期診斷出攝護腺癌。	1.非與熱相關的包含：藥物過敏、疼痛、氣胸、出血、感染等2.與熱相關的包含：水腫、發燒、寒冷、栓塞、出血、潰瘍、疼痛、傷口癒合	傳統電刀有水中毒風險，術後併發症機會較高，且會影響性功能。相較於高能量鈹雷射在術中無水中毒風險，併發症發生機會較低，術後恢復時間快，影響性功能機會極低。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-PER-063106	SAZ022546001	可樂士經皮血管縫合止血裝置 CLOSER DEVICE (PERCLOSE 063106)	13390		1、縫線之特性，提供較值得信賴的血管壁閉合效果，傳統手壓式止血或填塞式止血並未真正將傷口閉合。2、使用止血器止血法可降低患者傷口感染機率及併發症發生(如穿刺部位的大出血，血管栓塞，嚴重夾層，假性動脈瘤，動靜脈瘻管或相關外周血管栓塞)。3、一般手壓方式，病患需平躺至少六小時，使用Proglide後只需躺兩小時觀察即可出院，減少導管病患留院時間四小時以上；可有效運用醫療資源，避免多一天住院觀察需要，如此將減少住院天數進而減少導管病患住院支出。4、止血效果迅速，降低併發症風險。	無	無	0
@	84-A20-637238	FBZ022213006	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7238	70085		本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微创手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態包括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	0
@	84-A28-700072	FBZ019750001	中段尺骨骨板 MIDSHAFT ULNA PLATE 10H AS: ACUMED 70-0072	41000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-B05-004540	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 11.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.540	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用.少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-984-008002	TSZ010846001	凝膠式內視鏡手助套環系統 GELPORT SYSTEM WITH ALEXIS O RETRACTOR 120MM AS:APPLIED	23955		方便執行內視鏡手術時可用手輔助器械操作，保持腹腔氣體不流失，縮短手術時間，減少風險	無	無類似健保給付品項	0
	84-893-003240	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 24.0D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	84-893-003185	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 18.5D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
@	84-A37-202901	FBZ022156001	福音免綁線固定錨釘 4.5MM AS:SMITH & NEPHEW 72202901	19000		可吸收肩關節軟組織固定錨釘為可吸收性，術後一至兩年將會被自體吸收，對病患無任何負擔，採用兩條 Ultrabraid線，提供最大拉力。	無	可吸收肩關節軟組織固定錨釘為可吸收性，術後一至兩年將會被自體吸收，對病患無任何負擔，採用兩條Ultrabraid線，提供最大拉力。	0
@	84-A39-600060	FBZ027391001	瑞利斯縫線固定錨釘 5.5MM AS:STRYKER 3910-600-060	25000		特殊中空管道設計，提供血液及骨髓直達修復部位，提高修復率，病患可提早恢復正常生活。	1. 可能出現縫線或錨釘斷裂的情況。2. 縫合時可能出現固定失敗。3. 深度或表層感染。4. 對裝置材料過敏或產生其它不適反應。	無	0
@	84-A39-600062	FBZ027391001	瑞利斯縫線固定錨釘 KNOTLESS ANCHOR 4.5MM AS:STRYKER 3910-600-062	25000		特殊中空管道設計，提供血液及骨髓直達修復部位，提高修復率，病患可提早恢復正常生活。	1. 可能出現縫線或錨釘斷裂的情況。2. 縫合時可能出現固定失敗。3. 深度或表層感染。4. 對裝置材料過敏或產生其它不適反應。	無	0
@	84-A18-500522	FBZ027420001	艾康尼斯縫合錨釘 2.3MM 2 STRAND #2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-500-522	21000		病患撕裂部位特殊，角度不易施作手術，使用 ICONIX ALL Suture Anchor特殊器械，利於手術進行，口徑小對病人 bone loss少。	對裝置材質過敏或產生其他不適反應	目前健保無相同品項	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-120704	FBZ023616001	近端後側脛骨鎖定加壓骨板 LCP POSTERIOR MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 3.5MM 4H	77700		符合人體工學，手術時間縮短	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果。	0
@	84-A28-PLEL09	FBZ019750001	艾克曼貼附骨板上肢系統 9 HOLES LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL-ELO9	60000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A20-637234	FBZ022213006	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7234	70085		本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態包括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	0
@	91-SPH-3C0310	CGZ027433001	TURNPIKE CATHETER派克導管	22000		Turnpike螺旋導管遠端軸加上外層線圈以增加螺旋推進力。	使用本產品可能有關的不良反應包括但不限於：滲出/填塞、栓塞、高/低血壓、感染、發炎反應、心肌梗塞、心搏過速、血栓、血管剝離、血管穿孔、血管破裂、血	Turnpike螺旋導管具有增加螺旋推進力的外層線圈，較易通過冠狀動脈或周邊血管系統中難以通過的區段。	0
@	84-A47-SW294K	FBZ019810001	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE M, H 6MM AS:AESULAP SW294K	230000		1重建並恢復椎間隙高度2消除疼痛，保留活動度3保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	如1植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂2感染3對植入物產生過敏反應4靜脈血栓症、，栓塞和心跳停止5血腫和傷口癒合障礙6關節周圍鈣化和融合	保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-BAR-0110GV	NEZ024626001	安可兒探針組 ENCOR PROBE UPRIGHT-10 GAUGE AS:SENORX ECP0110GV	14250		安可兒探針組末端包含一個用於刺入的銳利套管針尖以及一個用於組織取樣的振盪管狀切割器。可分離式的組織收集盒位在此裝置的近端,組織收集盒包含了一條用於取得組織樣本與傳送的抽吸管,及一條生理食鹽水沖洗管線可選擇性用於沖洗盒內已取的樣本。	可能的併發症包含:皮膚、血管、肌肉、器官的受傷、出血、血腫及感染。	本品項健保不給付,若與傳統開放性手術相較,健保手術傷口約三公分,本產品僅有0.5公分,兩者切片準確率相當;但本產品創傷小,不破壞乳房外觀,且可盡速恢復日常生活。	0
@	84-BAR-0112GV	NEZ024626001	安可兒探針組 ENCOR PROBE UPRIGHT-12 GAUGE AS:SENORX ECP0112GV	14250		安可兒探針組末端包含一個用於刺入的銳利套管針尖以及一個用於組織取樣的振盪管狀切割器。可分離式的組織收集盒位在此裝置的近端,組織收集盒包含了一條用於取得組織樣本與傳送的抽吸管,及一條生理食鹽水沖洗管線可選擇性用於沖洗盒內已取的樣本。	可能的併發症包含:皮膚、血管、肌肉、器官的受傷、出血、血腫及感染。	本品項健保不給付,若與傳統開放性手術相較,健保手術傷口約三公分,本產品僅有0.5公分,兩者切片準確率相當;但本產品創傷小,不破壞乳房外觀,且可盡速恢復日常生活。	0
@	84-BAR-0017GV	NEZ024626001	安可兒探針組 ENCOR PROBE UPRIGHT-7 GAUGE AS:SENORX ECP017GV	14250		安可兒探針組末端包含一個用於刺入的銳利套管針尖以及一個用於組織取樣的振盪管狀切割器。可分離式的組織收集盒位在此裝置的近端,組織收集盒包含了一條用於取得組織樣本與傳送的抽吸管,及一條生理食鹽水沖洗管線可選擇性用於沖洗盒內已取的樣本。	可能的併發症包含:皮膚、血管、肌肉、器官的受傷、出血、血腫及感染。	本品項健保不給付,若與傳統開放性手術相較,健保手術傷口約三公分,本產品僅有0.5公分,兩者切片準確率相當;但本產品創傷小,不破壞乳房外觀,且可盡速恢復日常生活。	0
@	84-A02-472105	FBZ018785001	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL XS 130° 10MMX170MM AS:SYNTHES 472.105S	60000		1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計,可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	提供角穩定性,對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度,病患可提早活動,避免併發症。	0
@	84-280-800000	CHZ009864001	戴格 血管穿刺後止血器 DAIG ANGIO SEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 8F	12000		本裝置把動脈切口夾在其主要組件(固定錨及膠原紗布)之間,並把切口封住。通過固定錨、動脈脈切口及膠原夾層的物理作用,再輔以膠原的凝血促進特性,達到止血效果。	可能會有過敏反應、異物反應、水腫	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-280-600000	CHZ009864001	戴格 血管穿刺後止血器 DAIG ANGIO SEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 6F	12000		本裝置把動脈切口夾在其主要組件(固定錨及膠原紗布)之間，並把切口封住。通過固定錨、動脈脈切口及膠原夾層的物理作用，再輔以膠原的凝血促進特性，達到止血效果。	可能會有過敏反應、異物反應、水腫	無	0
@	84-302-D2B402	SAY026490001	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 2 24X24CM 1/2CIRCLE 36MM AS:ETHICON SXP2B402	1500		本產品採用帶倒刺的縫合材質製成，兩端連有手術縫針。由於帶倒刺，故無須打結即可縫合組織。	感染、紅斑、異物反應、暫時性炎性反應及罕見情況下的傷口裂開均是任何縫線的典型性或可預計的風險，因此也是本產品的潛在併發症。使用本產品縫合皮下時要盡量的深，以最大程度的減少縫線吸收經	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置採用帶倒刺的縫合材質製成，兩端連有手術縫針由於帶倒刺，故無須打結即可縫合組織。適用於使用可吸收縫線的軟組織縫合。	0
	84-893-115175	FALSNT0RC1RY	環明散光推注式人工水晶體 17.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	44780	41899	環明散光推注式人工水晶體是高精度單片光學設計，通過機器加工和磨平達到臨床品質的 RAYACRY 而製成，可以避免矽油粘連和矽油引起的渾濁化。	無特殊不良反應	提供散光矯正	2881.2
@	84-765-425001	TKY016614W01	90度肩膝關節用高效能低溫氣化棒 90ICW 90D 3.75MM AS:ARTHROCARE ASC4250-01	12270		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所以手術後傷口的疼痛感較小	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-301-00NL01	FSZ027976001	妮都蕾斯無針式網片(聚丙烯懸吊帶 X1,植入牽引器 X1)AS:NEOMEDIC NL-01	31500		本產品設計為單次使用的裝置。	1.在牽引網片時可能會造成靜脈、神經、膀胱或尿道的穿孔，可能需要手術的介入來治療。2.異物反應可能會造成周圍組織發炎。3.作為一種相對於身體組織間的外來異物，本產品可能促發已先行存有的感染風險。4.假使病患因任何組成要件而引發併發症，需立即移植出此裝置。5.產品上的網狀組織如承受	無	0
@	84-765-183001	TKY016614W01	30度肩膝關節止血用低溫氣化棒 ARTHRO WAND CAPSURE 30 ICW 30D 3.0MM AS:ARTHROCARE	12270		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所以手術後傷口的疼痛感較小	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
@	84-765-243001	TKY016614W01	45度肩膝關節用斜角低溫氣化棒 45 ICW 45D 3.0MM AS:ARTHROCARE AC2430-01	12270		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所以手術後傷口的疼痛感較小	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
@	84-765-405001	TKY016614W01	小關節用低溫氣化棒含接線 30 DEG 1.4MM AS:ARTHROCARE AC4050-01	17325		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所以手術後傷口的疼痛感較小	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-765-433001	TKY016614W01	30度肩膝關節切割用低溫氣化棒 AS:ARTHROCARE AC4330-01	12270		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所以手術後傷口的疼痛感較小	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
@	84-765-553101	TKY016614W01	關節軟骨用低溫氣化棒 AS:ARTHROCARE AC5531-01	12270		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所以手術後傷口的疼痛感較小	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
	91-SPH-3C0311	FHP02MR62MST	"聖猷達"恩德拉第心臟節律器(雙腔自付差額)	145333	50000	1.為目前同等品項中，使用年限最長。2.可設定睡覺頻率，省電且符合生理需求。3.可使用無線遙控節律器，縮短手術時間，降低手術風險。	1.心律不整:心室頻脈、心房早期收縮、心室早期收縮、右側束支傳導障礙。2.心	1.可接受核磁共振檢查的心臟節律器。2.可根據患者活動強度給予適切的心律調整，以符合身理需求。	95333
@	84-A20-637338	FBZ022213006	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 11.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7338	70085		本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態包括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整,而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	0
@	84-A29-263009	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL R 9HX245MM AS:ZIMMER 02.03263.009	88000		NCB植體周圍股骨多軸性螺釘固定骨板組適於在長骨骨折與截骨術時，做為暫時性內固定與穩定之用，包含：植體周圍骨折、粉碎性骨折、踝上骨折、骨質缺乏部位骨折、不癒合(Nonunion)、癒合不正(Malunion)	無	採螺釘與鋼板互鎖,適合粉碎性/骨質疏松骨折使用，固定力強。可提早進行復健運動,術後關節活動較佳,患者可及早下床活動,亦可搭配微創手術,住院時間較短。採近關節面解剖設計,關節處較薄,較不易有異物感。	0
@	84-A20-637336	FBZ022213006	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 11.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7336	70085		本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態包括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整,而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-H200LS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 20MM LEFT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-H200RS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYS HEAD 20MM RIGHT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-H220LS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 22MM LEFT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-H220RS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYS HEAD 22MM RIGHT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-H240LS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 24MM LEFT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-H240RS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYS HEAD 24MM RIGHT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-H260LS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 26MM LEFT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-H260RS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYS HEAD 26MM RIGHT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-H280LS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 28MM LEFT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-H280RS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYS HEAD 28MM RIGHT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0702S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX2MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0708S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX8MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-S0800S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX0MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0704S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX4MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0802S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX2MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0804S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX4MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0808S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX8MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0900S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX0MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-S0902S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX2MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0904S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX4MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0908S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX8MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S1000S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX0MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S1002S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX2MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S1004S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX4MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-S1008S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX8MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0600S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX0MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0604S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX4MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0608S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX8MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0700S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX0MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0602S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX2MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A17-A04402	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 28MM-3.5 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04404	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 28MM 0.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04406	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 28MM +3.5 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04408	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MM -4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04410	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MM 0.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04412	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MM +4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04414	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MM -4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04416	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MM 0.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04420	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MM -4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A17-A04422	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MM 0.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4569.6
	84-A17-A04424	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MM +4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4569.6
	84-A17-A04504	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 28X44MM GROUP B AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A17-A04506	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 32X46-48MM GROUP C AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A17-A04508	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 32X50MM GROUP D AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A17-A04510	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 36X52-54MM GROUP E AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A17-A04512	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 36X56-58MM GROUP F AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A17-A04514	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 CERAMIC LINER 36X60-62-64-66- 68MM GROUP G AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A17-A04516	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 40X56-58MM GROUP F AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A17-A04518	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 CERAMIC LINER 40X60-62-64-66- 68MM GROUP G AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A17-A04418	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MM +4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦係數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4569.6
@	84-A20-638230	FBZ022213006	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8230	70085		本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態包括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整,而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	0
@	84-A29-260005	FBZ013894001	恩希比骨板系統 股 骨骨板 FEMORAL PLATE 5H R AS:ZIMMER 02.03260.005	72000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-260105	FBZ013894001	恩希比骨板系統 股骨骨板 FEMORAL PLATE 5H L AS:ZIMMER 02.03260.105	72000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感洩。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A29-261205	FBZ025336001	恩希比近端脛骨多軸互鎖式骨板 3H TIBIAL PLATE 5H R AS:ZIMMER 02.02261.205	68000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感洩。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A29-261305	FBZ025336001	恩希比近端脛骨多軸互鎖式骨板 3H TIBIAL PLATE 5H L AS:ZIMMER 02.02261.305	68000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感洩。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A29-263109	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL L 9HX245MM AS:ZIMMER 02.03263.109	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感洩。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-264009	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘 固定股骨骨板組 NCB DISTAL R 9HX238MM AS:ZIMMER 02.03264.009	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感 沉。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A29-264109	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘 固定股骨骨板組 NCB DISTAL L 9HX238MM AS:ZIMMER 02.03264.109	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感 沉。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A29-265010	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘 固定股骨骨板組 NCB CURVED 10HX210MM AS:ZIMMER 02.03265.010	75000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感 沉。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A29-267008	FBZ024648001	恩希比窄直骨幹板 NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 8H AS:ZIMMER 02.03267.008	73000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感 沉。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-008003	FBZ019750001	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE PLATE 0.8MM T PLATE AS:ACUMED 7005-08003	49770		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
	84-893-111175	FALSNT0RC1RY	環明散光推注式人工水晶體 17.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	44780	41899	環明散光推注式人工水晶體是高精度單片光學設計，通過機器加工和磨平達到臨床品質的RAYACRY而製成，可以避免矽油粘連和矽油引起的渾濁化。	無特殊不良反應	提供散光矯正	2881.2
@	84-A20-638238	FBZ022213006	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8238	70085		本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拖括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	0
@	84-OLY-005010	CRY016897001	拋棄式細胞刷 DISPOSABLE CYTOLOGY BRUSH AS:OLYMPUS BC-	975		配合支氣管內視鏡使用，刷毛5公分能有效採取到檢體	會有出血的情形發生	無健保給付品項	0
@	84-A20-646134	FBZ022213006	互鎖式轉子順行髓內釘 NAIL RIGHT 8.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6134	70085		本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拖括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	0
@	84-A26-022091	FBZ028228002	多孔鈦金屬亞帝斯實心椎間融合系統 26X9X9MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02091	86783		TM-cage適用於腰椎融合手術，鈦材質不僅最具抗腐蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率，此種結構 材質的外表、作用與彈性都很像天然骨頭，創造出最適合骨頭生長的环境，達到加速融合手術效果。	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有效椎體 終板下陷。2.多孔樣的設計有助骨融合。3.生物相容性最高。4.摩擦係數高，融合初期固定效果佳。5.加速達到融合手術效果	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A26-022081	FBZ028228002	多孔鈿金屬亞帝斯 實心椎間融合系統 26X9X8MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02081	86783		TM-cage適用於腰椎融合手術，鈿材質不僅最具抗腐蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率，此種結構材質的外表、作用與彈性都很像天然骨頭，創造出最適合骨頭生長的环境，達到加速融合手術效果。	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有效椎體終板下陷。2.多孔樣的設計有助骨融合。3.生物相容性最高。4.摩擦係數高，融合初期固定效果佳。5.加速達到融合手術效果	0
@	84-A26-022101	FBZ028228002	多孔鈿金屬亞帝斯 實心椎間融合系統 26X9X10MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02101	86783		TM-cage適用於腰椎融合手術，鈿材質不僅最具抗腐蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率，此種結構材質的外表、作用與彈性都很像天然骨頭，創造出最適合骨頭生長的环境，達到加速融合手術效果。	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有效椎體終板下陷。2.多孔樣的設計有助骨融合。3.生物相容性最高。4.摩擦係數高，融合初期固定效果佳。5.加速達到融合手術效果	0
	84-A02-43030S	FBNG120311S9	GAMMA3 LONG NAIL 10X300MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430- 0300S	73500	53513	手術採用微創技術，手術時間短幫助病人恢復迅速。Gamma3 長骨釘系統強度較骨板型產品更強 穩定性更高，有效延長產品使用年限。	骨折部位延遲癒合或不癒合。由於骨折延遲癒合或不癒合造成負荷增加，這些植入物可能會斷裂。內固定器是分荷裝置是使骨斷端保持對位以促使其癒合。若延遲或無法癒合該裝置會因金屬疲勞而斷裂。承重以及病人的活動度對裝置產生的負荷將	同等規格無健保給付品項	19987.8
@	84-A26-022111	FBZ028228002	多孔鈿金屬亞帝斯 實心椎間融合系統 26X9X11MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02111	86783		TM-cage適用於腰椎融合手術，鈿材質不僅最具抗腐蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率，此種結構材質的外表、作用與彈性都很像天然骨頭，創造出最適合骨頭生長的环境，達到加速融合手術效果。	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有效椎體終板下陷。2.多孔樣的設計有助骨融合。3.生物相容性最高。4.摩擦係數高，融合初期固定效果佳。5.加速達到融合手術效果	0
	84-893-003210	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦 點單片型人工水晶 體 21.0D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A20-645134	FBZ022213006	互鎖式轉子順行髓內釘 NAIL LEFT 8.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5134	70085		本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態包括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整,而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	0
@	84-A20-638234	FBZ022213006	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8234	70085		本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態包括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整,而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	0
	84-893-003200	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 20.0D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
@	84-A20-638336	FBZ022213006	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8336	70085		本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態包括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整,而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	0
@	84-A20-637236	FBZ022213006	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 10MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7236	70085		本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態包括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整,而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	0
@	84-B05-004346	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ9.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.346	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率2.解決困軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用，少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A20-638340	FBZ022213006	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8340	70085		本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態包括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整,而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	0
@	84-B05-004643	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 12.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.643	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用，少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的	0
	84-893-003225	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 22.5D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	84-893-003230	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 23.0D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	84-893-003235	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 23.5D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
@	84-A29-260109	FBZ013894001	恩希比骨板系統 股骨骨板 NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 9H L AS:ZIMMER 02.03260.109	72000		1.人體工學超薄設計2.多角度互鎖式螺釘3.鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-004543	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 11.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.543	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用，少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的	0
@	84-A28-700047	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 9洞 VOLAR DISTAL ULNA PLATE LONG LEFT 9H AS: ACUMED 70-0047	48810		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
	84-893-003155	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 15.5D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
@	84-VAL-LF1212	SAY023037001	利嘉修爾彎型小鉗口手術閉合器/分割器 LIGASURE CURVED SMALL JAW OPEN SEALER/ DIVIDER AS:COVIDIEN LF1212	25700		可使用範圍最大至7MM的組織束或血管，熱傷害小於2MM	此為過程面醫材，無副作用	取代傳統縫線，減少手術時間及降低麻醉風險	0
	84-A02-473036	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 9MMX300MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.036S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳。	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
@	84-A29-159790	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ3 AS:ZIMMER 159790	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損，改善術後滿意度，並延長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染，植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片；可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損，改善術後滿意度，並延長使用年限。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A20-637240	FBZ022213006	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7240	70085		本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態包括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整,而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	0
@	84-B05-004449	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 10.0MM 345MM AS:SYNTHESES 04.004.449	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用。少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體	0
@	84-A03-140002	FBZ003129015	橈骨遠端內側小型斜骨板 左 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 2HX66MMAS:APL US 1400-0000-02	54600		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-316012	FBZ003129019	鷹嘴突切扣式圍關節鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE LEFT 12HX186MMAS:APL US 0316-0100-12	69000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-030004	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX82MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-401002	FBZ003129014	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 2HX66MMAS:APL US 0401-0000-02	54600		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200002	FBZ003129020	遠端鎖骨?鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 2HX50MMAS:APL	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A43-501001	FBZ026652001	梅翠思肋骨固定系統?預成型骨板 左 15洞 AS:信迪思 04.501.001	51800		適用於正常和骨質疏鬆之肋骨骨折、骨頭融合及截骨後之固定及穩定。	異物感。	無	0
@	84-A43-501002	FBZ026652002	梅翠思肋骨固定系統?預成型骨板 右 15洞 AS:信迪思 04.501.002	51800		適用於正常和骨質疏鬆之肋骨骨折、骨頭融合及截骨後之固定及穩定。	異物感。	無	0
@	84-A43-501009	FBZ026652003	梅翠思肋骨固定系統?通用型骨板 8洞 AS:信迪思 04.501.003	51800		適用於正常和骨質疏鬆之肋骨骨折、骨頭融合及截骨後之固定及穩定。	異物感。	無	0
@	84-A43-501010	FBZ026652004	梅翠思肋骨固定系統?髓內夾板 小 3MM AS:信迪思 04.501.010	51800		適用於正常和骨質疏鬆之肋骨骨折、骨頭融合及截骨後之固定及穩定。	異物感。	無	0
@	84-A43-501016	FBZ026652005	梅翠思肋骨固定系統?鎖定骨釘 Ψ 2.9MM 6MM AS:信迪思 04.501.016	4800		適用於正常和骨質疏鬆之肋骨骨折、骨頭融合及截骨後之固定及穩定。	異物感。	無	0
@	84-A49-MB2554	FBZ027419001	莫畢西頸椎植入物 MOBI-C IMPLANT M STANDARD 15X15X4.5MM AS:LDR MB2554	242000		Mobi- C是用於頸椎間盤置換的單次使用裝置，用於C3至C7的一級或兩級連續級別。Mobi-C有專利移動核心設計，能模擬正常頸椎間盤的活動度和緩沖震盪的功能，從而保持了頸椎的活動度和穩定性。此產品是少數FDA有approval可以使用一節跟兩節的產品。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	Mobi- C術後可保留椎間盤活動性，降低相鄰節段椎間盤因為補償機制，負荷過大而引發繼發性退化的機率。術後無須長期配戴頸圈，恢復速度較快，可以及早回復正常生活.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-320003	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE LEFT 3HX70MMAS:APL US 0003-0200-03	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
	91-SPH-3C0346	CBP06ELUT2YR	"依莉瑟" 迪瑟第二代冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	74117	59313	1.藥物Novolimus為Sirolimus的活性代謝物,藥物劑量最低.2.Polymer最薄3 μm與支架厚度81 μm搭配讓支架輸送性更佳.3.Polymer獨家專利Formula X 無黏膠於支架上降低病患過敏的風險.	1.急性支架內血栓,一個月內:<1%;6-12月:0.5%.2.半年內支架再生性狹窄3-7%.3.支架位移.4.血管破裂.5.死亡.	裸金屬支架內再生性狹窄20-40%,塗藥支架內再生性狹窄3-7%,塗藥支架可減少支架內再生性狹窄問題。	14803.95
@	84-A03-330104	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX82MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	91-SPH-3S0044	CDY011315001	"愛惜康"安德派思電灼手術器械-勾型電燒 AS:EPS01	7400		內視鏡勾型電燒,除可以配合抽吸跟沖洗系統使用,產品皆為無菌方式供應,供單一病人之使用,使用後請丟棄	必須由經過專業訓練醫師,並熟悉內視鏡操作	健保並無給付相關產品,目前市場上皆為內含品項。	0
@	91-SPH-3S0045	CDY011315001	"愛惜康"安德派思電灼手術器械-電燒握把 AS:EPH04	7400		內視鏡勾型電燒,除可以配合抽吸跟沖洗系統使用,產品皆為無菌方式供應,供單一病人之使用,使用後請丟棄	必須由經過專業訓練醫師,並熟悉內視鏡操作	健保並無給付相關產品,目前市場上皆為內含品項。	0
@	91-SPH-3S0046	CDZ030330001	"泰悟" 膽道支架	58740		1.支架編織設計能夠有效的順著各種角度完整貼壁. 2.Niti-S全覆膜膽道支架適用於良性狹窄並在放置後重新調整定位,並提供日後取出設計.	無	健保品項屬於PU導管材質,必須透過內視鏡進入體內放置,也因為材質問題無法長期放置病患體內	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A25-20128H	FBZ004070001	康鉑頸椎椎間盤融合器 COMBO CERVICAL DISC CAGE 10X12MM AS:A-SPINE 165-20128H	67725		1.據臨床光學檢查發現，使用COMBO CAGE較無技術上的瓶頸，不因為植入位置的精確度而影響產品的功能性。2.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起；中層為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨鬆症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，具光學顯影，方便術後追蹤。	1.若選取不合適病人之尺寸，術後效果將低於預期。2.對鈦合金過敏之患者，或脊椎正處於發炎期可能有再次手術的風險。	1.初期穩定度優於健保給付品。2.長期追蹤結果較無植入物失效的現象。3.較無植入物沉陷的機率。	0
@	84-A03-200004	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 4HX70MMAS:APL US 0002-0000-04	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷.3.骨折遲延癒合或不癒合.4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200006	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 6HX90MMAS:APL US 0002-0000-06	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷.3.骨折遲延癒合或不癒合.4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
	84-A29-318209	FBNG122572Z1	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 9.3MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-182-09	75300	55313	1人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折. 2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫3.拉力螺釘採螺紋設計不易鬆脫,螺釘末端平面設計避免穿出股骨頭降低風險	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。2.深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	1人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-200106	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 6HX90MMAS:APL US 0002-0001-06	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷.3.骨折遲延癒合或不癒合.4.再骨折.5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A29-232009	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-320-09	73500		1.人體工學設計,針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計,針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	0
@	84-A28-70104L	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 4H AS:ACUMED 7007-0104L	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板形狀,不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾,須二次手術取	0
@	84-A43-501003	FBZ026652001	梅翠思肋骨固定系統？預成型骨板 左 16洞 AS:信迪思 01501-003	51800		適用於正常和骨質疏鬆之肋骨骨折、骨頭融合及截骨後之固定及穩定。	異物感。	無	0
@	84-A43-501005	FBZ026652001	梅翠思肋骨固定系統？預成型骨板 左 17洞 AS:信迪思 01501-005	51800		適用於正常和骨質疏鬆之肋骨骨折、骨頭融合及截骨後之固定及穩定。	異物感。	無	0
@	84-A43-501020	FBZ026652005	梅翠思肋骨固定系統？鎖定骨釘 Ψ 2.9MM 10MM AS:信迪思 01501-005	4800		適用於正常和骨質疏鬆之肋骨骨折、骨頭融合及截骨後之固定及穩定。	異物感。	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A43-501022	FBZ026652005	梅翠思肋骨固定系統？鎖定骨釘 Ψ 2.9MM 12MM AS: 信迪思	4800		適用於正常和骨質疏鬆之肋骨骨折、骨頭融合及截骨後之固定及穩定。	異物感。	無	0
@	84-A29-526009	FBZ022621002	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 9.3MMX26CM AS:ZIMMER 47-2495-260-09	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-A29-238109	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-09	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-A02-441286	FBZ019220004	肱骨遠端內側鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM MEDIAL RIGHT 7H AS:SYNTHES 441.286	34000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441276	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 7H AS:SYNTHES	54750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-236110	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-10	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-A28-70104R	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 4H AS:ACUMED 7007-0104R	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A03-320103	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 3HX70MMAS:APL US 0003-0201-03	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A43-501018	FBZ026652005	梅翠思肋骨固定系統? 鎖定骨釘 Ψ 2.9MM 8MM AS:信迪思 04.501.018.01	4800		適用於正常和骨質疏鬆之肋骨骨折、骨頭融合及截骨後之固定及穩定。	異物感。	無	0
	84-A02-473065	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 9MMX170MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.065S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳。	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-150109	FBZ003129020	解剖型鎖骨幹鎖定 骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 9HX96MMAS:APL US 0015-1501-09	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-150007	FBZ003129020	解剖型鎖骨幹鎖定 骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE LEFT 7HX77MMAS:APL US 0015-1500-07	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A29-238010	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內 釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX38CM AS:ZIMMER 47- 2492-380-10	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-A43-501007	FBZ026652001	梅翠思肋骨固定系 統? 預成型骨板 左 18洞 AS:信迪思 01-501-007	51800		適用於正常和骨質疏鬆之肋骨骨折、骨頭融合及截骨後之固定及穩定。	異物感。	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-016-910000	FBZ028224001	康富脊 CONFIDENCE SPINAL CEMENT SYSTEM(配件廠商 無償提供) AS:CONFIDENCE 283910000	98000		1.本產品所需之混合時間短，可減少骨水泥滲漏的機會。2.本產品之黏性高，可減少產生滲漏的發生。	1.心肌梗塞，心博停止，猝死，腦血管意外，肺栓塞，過敏性反應。2.血壓過高過低，血栓性靜脈炎，出血或血腫，深層或是表淺的傷口感染，異位骨化。3.疼痛或可能引起脊髓或是神經根的損害而導致神經根病變、局部麻痺或麻痺	1.本產品可用於椎體後凸成形術(Kyphoplasty)或椎體成型術(Vertebroplasty)，使用一般健保骨水泥，或自費低溫骨水泥，傳統方法無法將椎體撐開，骨水泥無法再繼續灌入。2.本產品之黏性高，可減少產生滲漏的發生。3.本產品所需之混合時間短，可減少骨水泥滲漏的機會。本骨水泥在混合後的前2分鐘內，其黏性就達到1000PaS，且可維持在1000~1500PaS約9分鐘，因此在混	0
@	84-A28-070603	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢 骨板 ANKLE 3 HOOK PLATE 3H AS:ACUMED 7007- 0603	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-070703	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢 骨板 ANKLE 3 LOCKING PEG HOOK PLATE 3H AS:ACUMED 7007- 0703	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A03-330103	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨 板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 3HX70MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷.3.骨折遲延癒合或不癒合.4.再骨折.5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-200108	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 8HX110MMAS:APL US 0002-0001-08	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-150107	FBZ003129020	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 7HX77MMAS:APL US 0015-1501-07	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200102	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 2HX50MMAS:APL US 0002-0001-02	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A29-240011	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-400-11	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-320104	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX82MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A47-SO244P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 4X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN" AES CULAP SO244P	88000		本產品透過前路,用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外,與椎間盤手術有關潛在的併發症包括,但不僅限於:*植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位*植入物滑脫、假關節形成、融合不足*由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失*骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化*異物反應、過敏*感染*神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK,本產品表層具有plasma pro 塗層,更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO245P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 5X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN" AES CULAP SO245P	88000		本產品透過前路,用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外,與椎間盤手術有關潛在的併發症包括,但不僅限於:*植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位*植入物滑脫、假關節形成、融合不足*由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失*骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化*異物反應、過敏*感染*神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK,本產品表層具有plasma pro 塗層,更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO246P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 6X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO246P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO247P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 7X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO247P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO248P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 8X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO248P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO249P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 9X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO249P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO250P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 10X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO250P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO251P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 11X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO251P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO252P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 12X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO252P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO254P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 4X14X11.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO254P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO255P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 5X14X11.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO255P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO256P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 6X14X11.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO256P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO257P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 7X14X11.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO257P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO258P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 8X14X11.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO258P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO259P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 9X14X11.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO259P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO260P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 10X14X11.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO260P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO261P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 11X14X11.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO261P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO262P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 12X14X11.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO262P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO264P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 4X16X13.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO264P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO265P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 5X16X13.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO265P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO266P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 6X16X13.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO266P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO267P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 7X16X13.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO267P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO269P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 9X16X13.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO269P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO270P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 10X16X13.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO270P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO271P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 11X16X13.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO271P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO272P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 12X16X13.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO272P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO274P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 4X16X13.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO274P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO275P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 5X16X13.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO275P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO276P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 6X16X13.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO276P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO277P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 7X16X13.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO277P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO278P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 8X16X13.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO278P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO279P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 9X16X13.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO279P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO280P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 10X16X13.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO280P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO281P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 11X16X13.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO281P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A47-SO282P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 12X16X13.5MM 5° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO282P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A47-SO268P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 8X16X13.5MM 0° AS:"B.BRAUN"AES CULAP SO268P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位* *植入物滑脫、假關節形成、融合不足* *由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失* *骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化* *異物反應、過敏* *感染* *神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0
@	84-A03-200008	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 8HX110MMAS:APL US 0002-0000-08	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-200104	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS)RIGHT 4HX70MMAS:APL US 0002-0001-04	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	91-SPH-3S0047	SSZ000797001	可旋轉重覆開閉軟組織夾 11MM長度 2300MM AS:MICRO-TECH	750		1.產品具有重複開合支縫合功效，傷口若沒有夾好，可再開啟。2.具旋轉功效，在腸胃道之無方向限制。3.具腹膜，不易磨損內視鏡。4.操作容易。	無	無	0
@	84-996-210600	S2020054	法柏特鈹、雅銘混合二極體雷射光纖 FT TM/YAG COMBINED LASER BARE FIBER 600M M/3M AS:FIBERTECH M210600S	135000		市面上唯一雙波長雷射，擁有鈹雷射及二極體雷射兩種混合，在治療攝護腺肥大組織的同時，除了切割氣化攝護腺組織外，同步也會對攝護腺組織進行凝固止血的作用，因此雙波長雷射不同於傳統單一波長雷射僅能屈就單一種雷射之特性，達到魚與熊掌兼得的絕佳臨床表現。	術後會有70%逆行性射精的機會(TURP皆會有相同機率的副作用)	傳統TURP較TURP雷射容易出血，也因使用蒸餾水的關係手術時間會有限制，如果遇到較困難的手術可能要分兩次進行或醫師大約一小時左右就必須結束，否則極有可能會有水中毒的情形發生。雷射的熱傷害相對比較低，降低其他併發症風險，如術後勃起功能障礙比率較低。對於有凝血功能障礙之患者較合適，出血、血塊阻塞機率較少。術後出院時間及拔尿管的時間也可能較	0
@	84-A03-320006	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX104MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-001085	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 8.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體切除)也有它的使用適應症及安	2881.2
@	84-A28-008006	FBZ019750001	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 0.8MM COMPRESSION PLATE 6 HOLE AS:ACUMED 7005-08006	49770		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A03-330003	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 3HX70MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-602102	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 2HX74MMAS:APL	52920		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象；病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-236009	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-09	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-971-711050	CDZ018163001	異物取出網 2.5MM*230MM 型號:711050	2500		1.腸道異物取出用的網子。2.腫瘤切除後，使用內視鏡專用取出網取出，可避免腫瘤吸出時碎裂影響病理結果。	無	檢體取出完整，提高檢出率。	0
@	84-A29-528010	FBZ022621002	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 10MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-10	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-A29-236010	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-10	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A31-715530	FBZ017775001	微博微創中空螺絲 脊椎固定系統 中空 螺絲 5X30MM AS:DEPUY 186715530	19000		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央中空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0
@	84-A31-788205	FBZ021009001	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X205MM AS:DEPUY SPINE 186788205	3411		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央中空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0
@	84-A31-788030	FBZ017775002	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X30MM AS:DEPUY SPINE 186788030	5058		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央中空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0
@	84-A31-309002	FBZ028342002	微博皮質固定螺釘 脊椎固定系統2節 VIPER CORTICAL FIX SCREW SYSTEM-2 LEVEL	113855		VIPER系統之零組件目前材質為鈦合金符合ASTM F-136規格	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害	微創手術較傳統手術傷口更小、失血量較少、組織及肌肉受到破壞較少、較無神經沾黏情形	0
@	84-A31-309003	FBZ028342003	微博皮質固定螺釘 脊椎固定系統3節 VIPER CORTICAL FIX SCREW SYSTEM-3 LEVEL	165725		VIPER系統之零組件目前材質為鈦合金符合ASTM F-136規格	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害	微創手術較傳統手術傷口更小、失血量較少、組織及肌肉受到破壞較少、較無神經沾黏情形	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A31-731420	FBZ028342001	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X20MM AS:DEPUY SPINE	25935		VIPER系統之零組件目前材質為鈦合金符合 ASTM F-136規格	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	微創手術較傳統手術傷口更小、失血量較少、組織及肌肉受到破壞較少、較無神經沾黏情形	0
@	84-A29-528011	FBZ022621002	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 11MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-11	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-A29-234011	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-340-11	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-A29-532011	FBZ022621002	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 11MMX32CM AS:ZIMMER 47-2495-320-11	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-821040	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 NARROW MINI PLATE LEFT22MM*41MM AS:ZIMMER BIOMET 131821040	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量,以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-530010	FBZ022621002	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 10MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-10	73500		1.人體工學設計,針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計,針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-B05-004549	FBZ018775001	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 11.0MM 345MM AS:SYNTHES 04.004.549	72000		1.針對近端或遠端脛骨骨折設計,提供多角度固定,提高正確癒合的機率2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用,少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療,無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘,能提供比健保品項更好的	0
@	84-A29-530012	FBZ022621002	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 12MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-12	73500		1.人體工學設計,針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計,針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-602002	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 2HX74MAS:APLUS	52920		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象；病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。	0
@	84-A29-571706	FBZ021444003	腓骨骨板 DISTAL LATERAL FIBULAR PLATERIGHT, 6HOLES, 106MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2357-	61500		互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力	進組織可能產生發炎，對金屬產生敏感或有其他不良反應	互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。本產品亦採取生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到異物	0
@	84-A28-700405	FBZ020503001	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE LARGE 8H RIGHT AS :	60000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A02-111620	FBZ022596001	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARRIGHT 6+2H 45MM AS : SYNTHES 04.111.620	52447		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞.5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時間，生活不受複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441278	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 9H AS:SYNTHES	54750		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	如疼痛	0
	91-SPH-3C0355	CBP06ELUT3TM	(自付差額) 泰爾茂 阿提瑪斯特丹誠冠狀動脈塗藥支架系統	75000	60196	運用免疫抑制藥物以抑制血管內皮細胞增生，可減少冠狀動脈再狹窄機率，降為3-7%，優於一般裸金屬血管支架。	(1)急性支架內血栓，一個月內：<1%；6-12月：0.5%(2)半年內支架再生性狹窄3-7%(3)支架位移(4)血管破裂	裸金屬支架內再生性狹窄20-40%，塗藥支架內再生性狹窄3-7%，塗藥支架可減少支架內再生性狹窄問題。	14803.95

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700404	FBZ020503001	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE LARGE 8H LEFT AS :	60000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A29-571804	FBZ021444003	腓骨骨板 DISTAL LATERAL FIBULAR PLATELEFT, 4HOLES, 80MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2357-	61500		互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力	進組織可能產生發炎，對金屬產生敏感或有其他不良反應	互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。本產品亦採取生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到異物	0
@	84-A28-700173	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢 骨板 ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 13H AS:ACUMED 70-	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700169	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢 骨板 ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 9H AS:ACUMED 70-	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700171	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢 骨板 ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 11H AS:ACUMED 70-	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700147	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢 骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING LATERAL FIBULA PLATE 7HAS:ACUMED 70- 0147	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700229	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING MEDIAL TIBIA PLATE 9HAS:ACUMED 70-0229	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A29-236012	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-12	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-A29-571704	FBZ021444003	腓骨骨板 DISTAL LATERAL FIBULAR PLATERIGHT , 4HOLES , 80MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2357-017-04	61500		1. 人體工學超薄設計2. 互鎖式螺釘3. 不鏽鋼材質	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力	0
@	84-A29-580505	FBZ021444001	遠端外側肱骨骨板 DISTAL P/L HUMERAL PLATERIGHT , 5HOLES , 98MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2358-005-05	61500		1. 人體工學超薄設計2. 互鎖式螺釘3. 不鏽鋼材質	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-580703	FBZ021444001	遠端內側肱骨骨板 DISTAL MEDIAL HUMERAL PLATE RIGHT, 3HOLES, 78MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2358-007-03	61500		1. 人體工學超薄設計2. 互鎖式螺釘3. 不鏽鋼材質	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力	0
@	84-A29-580903	FBZ021444001	近端尺骨骨板右 PROXIMAL DORSAL ULNA PLATE RIGHT, 3HOLES, 77MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2358-009-03	61500		1. 人體工學超薄設計 2. 互鎖式螺釘 3. 不鏽鋼材質	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力	0
@	84-B14-030100	FBZ029909002	阿爾卑斯近端肱骨 A.L.P.S Proximal Humerus PlatePRX HUM LO PLT LT 3H 73mmAS:ZIMMER BIOMET 110030100	66500		1.解剖近端低姿態設計,服貼近端肱骨設計,降低術後不適感2.快速系統,內建鎖定系統,減低器械操作需求,提升手術效率3.定向角度,骨針定腳參考洞,預知定位符合最佳解剖位置,4.無紋螺釘3D發散投射結構,有效固定解剖結構	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	1.多向投射角度螺釘設計,能避開關節面固定多個骨塊。2.人體工學超薄設計,能避免干擾肌腱降低術後活動不適。3.自費互鎖式骨板支撐強度優於一般健保傳統加壓式骨板。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B14-030101	FBZ029909002	阿爾卑斯近端肱骨 A.L.P.S PROXIMAL HUMERUS PLATEPRX HUM LO PLT LT 4H 83MMAS:ZIMMER BIOMET 110030101	66500		1.解剖近端低姿態設計,服貼近端肱骨設計,降低術後不適感2.快速系統,內建鎖定系統,減低器械操作需求,提升手術效率,3.定向角度,骨針定腳參考洞,預知定位符合最佳解剖位置,4.無紋螺釘3D發散投射結構,有效固定解剖結構	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	1.多向投射角度螺釘設計,能避開關節面固定多個骨塊。2.人體工學超薄設計,能避免干擾肌腱降低術後活動不適。3.自費互鎖式骨板支撐強度優於一般健保傳統加壓式骨板。	0
@	84-A29-236109	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX36CM AS:ZIMMER 47- 2492-361-09	73500		1.人體工學設計,針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計,針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-A02-100110	FBZ022269001	骨盆重建預先塑型 鎖定骨板 RECONSTRUCTIO N STR PLATE 3.5 COMBI-HOL 10H AS: SYNTHES 02.100.110	50873		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良,遠大於鋼。4.質量輕,強度大,延展性高,不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.手術後癒合期短,復原能力佳,生活品質不受影響	無	1. 優於健保材質不同2. 優於健保的人體相容性高,無不良排斥反應。3. 優於健保骨板延展性高不易斷裂。4. 優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5. 優於健保更符合人體解剖學。6. 優於健保更能夠幫助骨成長癒合。7. 優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良。8. 優於健保骨折部位縮短骨癒合時期,生活不受影響。	0
@	84-A02-445061	FBZ007815007	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTIO N PLATE 3.5MM 6HAS:SYNTHES 445.061	34000		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良,遠大於鋼。4.質量輕,強度大,延展性高,不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2,氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。7.手術後不影響MRI檢查。8.手術後癒合期短,復原能力佳,生活品質不受影響。	無	1.優於健保材質不同。2.優於健保的人體相容性高,無不良排斥反應。3.優於健保骨板延展性高不易斷裂。4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5.優於健保更符合人體解剖學。6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A02-473804	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 9MMX240MM AS:SYNTHES 473.804S	63000	43012	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	無	19987.8
@	84-A29-238011	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX38CM AS:ZIMMER 47- 2492-380-11	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-A02-441277	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓 骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 7H AS:SYNTHES	54750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨 骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進 傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A29-238110	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX38CM AS:ZIMMER 47- 2492-381-10	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-240112	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-401-12	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-A02-111621	FBZ022596001	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARLEFT 6+2H 45MM AS：SYNTHES 04.111.621	52447		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。4.能抗腐蝕、疲勞。5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。6.手術後不影響MRI檢查。7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同。2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3.優於健保骨板延展性高不易斷裂。4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5.優於健保更符合人體解剖學。6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合。7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良。8.優於健保不影響術後MRI檢查。9.優於健保骨折部位縮短癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-472104	FBZ018785001	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL XS 130° 9MMX170MM AS:SYNTHES 472.104S	60000		1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計。2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。	0
@	91-SPH-3S0049	CRY011476001	康柏細胞刷	6900		本產品為雙管腔、0.035in快速交換導線式導管，管腔可以注入顯影劑，遠端的不透光標記可幫助觀測導管於X光下位置。	穿孔、血腫、出血、膽管炎	無	0
@	84-A20-820305	FBZ021433002	遠端脛骨後多向鎖定鋼板右5洞 VLP 3.5MM POST DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 5H R 72MMAS:SMITH&	64500		本系統可以建立一個固定的角度抵禦崩潰，其增強穩定性且作為一個有效復位援助。	疼痛感、異物感	更穩定的固定骨折處	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-441151	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T- PLATE 3.5 ANGLED RIGHT 5H AS:SYNTHES	34000		支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-445081	FBZ007815007	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 8HAS:SYNTHES 445.081	34000		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。7.手術後不影響MRI檢查。8.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	1.優於健保材質不同。2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3.優於健保骨板延展性高不易斷裂。4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5.優於健保更符合人體解剖學。6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合。	0
@	84-A29-204014	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962- 40-14	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-286-01510F	FSZ018055002	帕瑞得複合式人工 編網 PARIETEX COMPOSITE MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN PCO1510F	31000		1.本品採用IPOM術式治療腹部疝氣。將網膜置放於腹腔內（一般開腹術式、腹腔鏡術式皆可），其具有防沾黏的特性，有效降低腹部疝氣併發症、復發率。2.產品組成：3D聚酯人工網+可吸收的膠原蛋白（防沾黏層）。3.3D聚酯人工網，具高親水性，植入後黏貼組織性佳，組織長的好。4.可吸收的膠原蛋白，植入後12天開始被吸收，20天後完全被吸收，有效防止組織沾黏。5.防沾粘膠原薄膜滲透超過網片編織基礎層，緊密連接，不會有脫落分離的風險。6.產品透視度極佳，可確認 Defect 被完整適當覆蓋。7.附有固定線	使用本產品之後，也可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):1.血清腫、血腫。2.復發。3.感染。4.內臟沾黏。5.對產品成分產生過敏反應。	1.有效減低腹部疝氣病人的復發率。2.植入品可防止組織沾黏並自體吸收。3.植入品能部份自體吸收;依人體功學彈性編織,有效減少病人的不適、疼痛感。4.可以微創腹腔鏡術式治療。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-310-ABS030	TSZ026337002	單一使用可吸收固定釘 SINGLE USE ABSORBABLE FIXATION 5MM W/30 TACKS AS:COVIDIEN ABSTACK30	24000		1. 適用於腹腔鏡或開腹式手術，取代傳統縫線固定的角色。2. 待組織植入人工網膜強化後，本品於人體內約一年左右可完全被吸收，無異物留存體內。3. 整體拋棄式個人專屬設計，釘體深色及釘形於術中辨識度高，增加手術精確度。4. 植入大面積人工網膜mesh時，更能有效縮短手術時間。5. 減緩病人術後因使用傳統縫線易引起的疼痛。	與本產品相關的不良反應和潛在的併發症可能包括但不限於血清腫，出血/血腫，復發，慢性疼痛，感染，過敏反應，發炎反應，內臟黏連，神經卡壓和小腸穿孔。	健保給付品項無此類商品	0
@	84-A29-159540	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ3 AS:ZIMMER	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損，改善術後滿意度，並延長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染，植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片；可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損，改善術後滿意度，並延長使用年限。	0
@	84-A29-160790	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 3MM AS:ZIMMER 160790	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損，改善術後滿意度，並延長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染，植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片；可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損，改善術後滿意度，並延長使用年限。	0
@	84-A29-238012	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-12	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-B05-112140	FBZ024782001	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 5H AS:SYNTHES 04.112.140	72450		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊,具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-301-KIT001	FSZ025630001	歐菲拉迷你懸吊帶系統 OPHIRA MINI SLING SYSTEM AS:PROMEDON KIT-OT-01	28275		本產品有多點式固定，比起一般兩點式固定，提供更強的穩固力，而且不同產品有不同的設計，能給醫師針對不同病人選擇合適的產品，增加手術安全性。	術後不久感覺到陰道疼痛，其他可能的併發症包括切口處感染、尿道或陰道侵蝕、陰道發炎等。	相較健保給付品項，本產品僅需單一切口就能進行安裝，術中出血量小，且對於膀胱及腸子損害的風險較小。由於僅為單一小傷口，所以術後恢復期較短，安全	0
@	84-A38-03108S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H8MM AS:SYNTHESES 08-803-108S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞可以接受充填材料。2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動的阻力。3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。4.提供植入物於椎間原位旋轉90度。5.本品是一個使用單側椎孔椎椎間融合術的植入系統。本產品的設計允許自體撐開。上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術). 2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度. 3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置. 4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構. 5.規格尺寸最齊全. 6.操作簡單,縮短手術時間	0
@	84-A38-03109S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H9MM AS:SYNTHESES 08-803-109S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞可以接受充填材料。2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動的阻力。3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。4.提供植入物於椎間原位旋轉90度。5.本品是一個使用單側椎孔椎椎間融合術的植入系統。本產品的設計允許自體撐開。上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術). 2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度. 3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置. 4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構. 5.規格尺寸最齊全. 6.操作簡單,縮短手術時間	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A38-03110S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H10MM AS:SYNTHES 08- 803-110S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞可以接受充填材料。2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動的阻力。3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。4.提供植入物於椎間原位旋轉90度。5.本品是一個使用單側椎孔椎椎間融合術的植入系統。本產品的設計允許自體撐開。上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術)。2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度。3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置。4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。5.規格尺寸最齊全。6.操作簡單,縮短手術時間	0
@	84-A38-03117S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H17MM AS:SYNTHES 08- 803-117S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞可以接受充填材料。2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動的阻力。3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。4.提供植入物於椎間原位旋轉90度。5.本品是一個使用單側椎孔椎椎間融合術的植入系統。本產品的設計允許自體撐開。上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術)。2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度。3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置。4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。5.規格尺寸最齊全。6.操作簡單,縮短手術時間	0
@	84-A38-03131S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H11MM AS:SYNTHES 08- 803-131S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞可以接受充填材料。2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動的阻力。3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。4.提供植入物於椎間原位旋轉90度。5.本品是一個使用單側椎孔椎椎間融合術的植入系統。本產品的設計允許自體撐開。上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術)。2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度。3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置。4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。5.規格尺寸最齊全。6.操作簡單,縮短手術時間	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A38-03132S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H12MM AS:SYNTHES 08- 803-132S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞可以接受充填材料。2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動的阻力。3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。4.提供植入物於椎間原位旋轉90度。5.本品是一個使用單側椎孔椎椎間融合術的植入系統。本產品的設計允許自體撐開。上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術)。2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度。3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置。4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。5.規格尺寸最齊全。6.操作簡單,縮短手術時間	0
@	84-A38-03133S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H13MM AS:SYNTHES 08- 803-133S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞可以接受充填材料。2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動的阻力。3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。4.提供植入物於椎間原位旋轉90度。5.本品是一個使用單側椎孔椎椎間融合術的植入系統。本產品的設計允許自體撐開。上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術)。2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度。3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置。4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。5.規格尺寸最齊全。6.操作簡單,縮短手術時間	0
@	84-A38-03135S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H15MM AS:SYNTHES 08- 803-135S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞可以接受充填材料。2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動的阻力。3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。4.提供植入物於椎間原位旋轉90度。5.本品是一個使用單側椎孔椎椎間融合術的植入系統。本產品的設計允許自體撐開。上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術)。2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度。3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置。4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。5.規格尺寸最齊全。6.操作簡單,縮短手術時間	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-09345S	FBZ020276001	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL LEFT D:10MM L:320MM AS:SYNTHES	69700		股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	0
@	84-A29-236111	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-11	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0
@	84-A28-70106L	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 6H AS:ACUMED 7007-0106L	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A29-242011	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX42CM AS:ZIMMER 47-2492-420-11	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112522	FBZ023616001	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板 LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 10H RIGHT AS:SYNTHESES 04.112.522	77700		符合人體工學，手術時間縮短	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果。	0
@	84-B05-112141	FBZ024782001	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM LEFT 5H AS:SYNTHESES 04.112.141	72450		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能達成穩定角度結構.不會鬆動.複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-985-587201	TKY017079001	扁桃腺及腺樣體手術用氣化棒 EVAC 70 XTRA WAND AS:ARTHRO CARE EIC 5872-01	15000		低溫雙極冷觸氣化	正常使用下，無	無健保品項可供比較	0
@	84-A02-127220	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHESES 02.127.220	88000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-A43-501008	FBZ026652002	梅翠思肋骨固定系統？預成型骨板 右 18洞 AS:信迪思 04.501.000	51800		適用於正常和骨質疏鬆之肋骨骨折、骨頭融合及截骨後之固定及穩定。	異物感。	無	0
@	84-A03-602004	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX100MMAS:APL	52920		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象；病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-602006	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定 骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX126MMAS:APL	52920		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖型鎖定 式骨板設計 3.骨板關節面以低薄設計 4.互鎖式 骨板獨特骨釘角度設計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦 力做固定，容易有承載力不夠， 術後受力彎曲等現象，最後導致 骨板斷裂或彎曲等現象；病人術 後需上石膏，並再二次手術將骨 板取出。	0
@	84-A03-602106	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定 骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 6HX126MMAS:APL	52920		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖型鎖定 式骨板設計 3.骨板關節面以低薄設計 4.互鎖式 骨板獨特骨釘角度設計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦 力做固定，容易有承載力不夠， 術後受力彎曲等現象，最後導致 骨板斷裂或彎曲等現象；病人術 後需上石膏，並再二次手術將骨 板取出。	0
@	84-286-SM0002	TTZ030696002	亞瑞絲達可吸收止 血顆粒 HEMOSTATIC PARTICLES 3G AS:BARD SM0002- USA	21000		本產品為植物澱粉來源生物相容性高，具有臨 床上各種優勢，可降低手術中突發狀況風險， 能加速凝血機制，對彌漫性出血、血管出血、 微創手術精準控制出血皆適宜。	對於神經及眼科手術 的安全性和有效性尚 未確立。	手術中經縫合和電燒後仍無法止 血時，此時使用傳統外科手術止 血療法(如健保給付止血棉)，止血 時間較長且需等自體凝血，若止 血棉移除後有再出血的疑慮，影 響手術品質。本產品為粉末顆粒 止血劑(新劑型)能加速凝血機制 ，降低突發風險。	0
@	84-286-SM0005	TTZ030696001	亞瑞絲達可吸收止 血顆粒 HEMOSTATIC PARTICLES 1G AS:BARD SM0005- USA	10400		本產品為植物澱粉來源生物相容性高，具有臨 床上各種優勢，可降低手術中突發狀況風險， 能加速凝血機制，對彌漫性出血、血管出血、 微創手術精準控制出血皆適宜。	對於神經及眼科手術 的安全性和有效性尚 未確立。	手術中經縫合和電燒後仍無法止 血時，此時使用傳統外科手術止 血療法(如健保給付止血棉)，止血 時間較長且需等自體凝血，若止 血棉移除後有再出血的疑慮，影 響手術品質。本產品為粉末顆粒 止血劑(新劑型)能加速凝血機制 ，降低突發風險。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管種	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-971-C20623	CFZ024748001	博娜部份包膜結腸直腸支架 D:22MM L:60MM AS:BCC-220623	62400		記憶型金屬支架，其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長；兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。無胞膜和部分包膜設計可以讓醫師依病患需求而做選擇。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通可以維持3~6個月，在急性期時可以立即做緩解治療病人 無須先做暫時性的腸造口。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為結腸全切除術併行直腸切除術及迴腸造口腸造口可能會面臨以上情況:1.皮膚的潰爛造成患者的疼痛，影響身體與心理的恢復。2.心理重建的問題，副作用的產生，易影響家屬及患者對造口的接受，造成家屬在照	0
@	84-971-C21023	CFZ024748001	博娜部份包膜結腸直腸支架 D:22MM L:100MM AS:BCC-221023	62400		記憶型金屬支架，其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長；兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。無胞膜和部分包膜設計可以讓醫師依病患需求而做選擇。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通可以維持3~6個月，在急性期時可以立即做緩解治療病人 無須先做暫時性的腸造口。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為結腸全切除術併行直腸切除術及迴腸造口腸造口可能會面臨以上情況:1.皮膚的潰爛造成患者的疼痛，影響身體與心理的恢復。2.心理重建的問題，副作用的產生，易影響家屬及患者對造口的接受，造成家屬在照	0
@	84-971-C21223	CFZ024748001	博娜部份包膜結腸直腸支架 D:22MM L:120MM AS:BCC-221223	62400		記憶型金屬支架，其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長；兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。無胞膜和部分包膜設計可以讓醫師依病患需求而做選擇。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通可以維持3~6個月，在急性期時可以立即做緩解治療病人 無須先做暫時性的腸造口。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為結腸全切除術併行直腸切除術及迴腸造口腸造口可能會面臨以上情況:1.皮膚的潰爛造成患者的疼痛，影響身體與心理的恢復。2.心理重建的問題，副作用的產生，易影響家屬及患者對造口的接受，造成家屬在照	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管種	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-971-C21423	CFZ024748001	博娜部份包膜結腸直腸支架 D:22MM L:140MM AS:BCC-221423	62400		記憶型金屬支架，其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長；兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。無胞膜和部分包膜設計可以讓醫師依病患需求而做選擇。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通可以維持3~6個月，在急性期時可以立即做緩解治療病人 無須先做暫時性的腸造口。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為結腸全切除術併行直腸切除術及迴腸造口腸造口可能會面臨以上情況:1.皮膚的潰爛造成患者的疼痛，影響身體與心理的恢復。2.心理重建的問題，副作用的產生，易影響家屬及患者對造口的接受，造成家屬在照	0
@	84-971-C21623	CFZ024748001	博娜部份包膜結腸直腸支架 D:22MM L:160MM AS:BCC-221623	62400		記憶型金屬支架，其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長；兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。無胞膜和部分包膜設計可以讓醫師依病患需求而做選擇。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通可以維持3~6個月，在急性期時可以立即做緩解治療病人 無須先做暫時性的腸造口。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為結腸全切除術併行直腸切除術及迴腸造口腸造口可能會面臨以上情況:1.皮膚的潰爛造成患者的疼痛，影響身體與心理的恢復。2.心理重建的問題，副作用的產生，易影響家屬及患者對造口的接受，造成家屬在照	0
@	84-971-240623	CFZ024748001	博娜無包膜結腸直腸支架 D:24MM L:60MM AS:BC-240623	62400		記憶型金屬支架，其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長；兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。無胞膜和部分包膜設計可以讓醫師依病患需求而做選擇。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通可以維持3~6個月，在急性期時可以立即做緩解治療病人 無須先做暫時性的腸造口。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為結腸全切除術併行直腸切除術及迴腸造口腸造口可能會面臨以上情況:1.皮膚的潰爛造成患者的疼痛，影響身體與心理的恢復。2.心理重建的問題，副作用的產生，易影響家屬及患者對造口的接受，造成家屬在照	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管種	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-971-240823	CFZ024748001	博娜無包膜結腸直腸支架 D:24MM L:80MM AS:BC-240823	62400		記憶型金屬支架，其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長；兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。無胞膜和部分包膜設計可以讓醫師依病患需求而做選擇。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通可以維持3~6個月，在急性期時可以立即做緩解治療病人 無須先做暫時性的腸造口。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為結腸全切除術併行直腸切除術及迴腸造口腸造口可能會面臨以上情況:1.皮膚的潰爛造成患者的疼痛，影響身體與心理的恢復。2.心理重建的問題，副作用的產生，易影響家屬及患者對造口的接受，造成家屬在照	0
@	84-971-241023	CFZ024748001	博娜無包膜結腸直腸支架 D:24MM L:100MM AS:BC-241023	62400		記憶型金屬支架，其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長；兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。無胞膜和部分包膜設計可以讓醫師依病患需求而做選擇。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通可以維持3~6個月，在急性期時可以立即做緩解治療病人 無須先做暫時性的腸造口。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為結腸全切除術併行直腸切除術及迴腸造口腸造口可能會面臨以上情況:1.皮膚的潰爛造成患者的疼痛，影響身體與心理的恢復。2.心理重建的問題，副作用的產生，易影響家屬及患者對造口的接受，造成家屬在照	0
@	84-971-241223	CFZ024748001	博娜無包膜結腸直腸支架 D:24MM L:120MM AS:BC-241223	62400		記憶型金屬支架，其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長；兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。無胞膜和部分包膜設計可以讓醫師依病患需求而做選擇。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通可以維持3~6個月，在急性期時可以立即做緩解治療病人 無須先做暫時性的腸造口。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為結腸全切除術併行直腸切除術及迴腸造口腸造口可能會面臨以上情況:1.皮膚的潰爛造成患者的疼痛，影響身體與心理的恢復。2.心理重建的問題，副作用的產生，易影響家屬及患者對造口的接受，造成家屬在照	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-971-241423	CFZ024748001	博娜無包膜結腸直腸支架 D:24MM L:140MM AS:BC-241423	62400		記憶型金屬支架，其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長；兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。無胞膜和部分包膜設計可以讓醫師依病患需求而做選擇。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通可以維持3~6個月，在急性期時可以立即做緩解治療病人 無須先做暫時性的腸造口。健保品項: 無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為結腸全切除術併行直腸切除術及迴腸造口腸造口可能會面臨以上情況:1.皮膚的潰爛造成患者的疼痛，影響身體與心理的恢復。2.心理重建的問題，副作用的產生，易影響家屬及患者對造口的接受，造成家屬在照	0
@	84-971-C20823	CFZ024748001	博娜部份包膜結腸直腸支架 D:22MM L:80MM AS:BCC-220823	62400		記憶型金屬支架，其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長；兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。無胞膜和部分包膜設計可以讓醫師依病患需求而做選擇。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通可以維持3~6個月，在急性期時可以立即做緩解治療病人 無須先做暫時性的腸造口。健保品項: 無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為結腸全切除術併行直腸切除術及迴腸造口腸造口可能會面臨以上情況:1.皮膚的潰爛造成患者的疼痛，影響身體與心理的恢復。2.心理重建的問題，副作用的產生，易影響家屬及患者對造口的接受，造成家屬在照	0
@	84-A02-127251	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 12 HOLES 207MM AS:SYNTHES 02 127 251	88000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A20-653038	FBZ022213002	股骨逆行髓內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3038	70000		解剖型髓內釘-完整的固定骨折，使關節可及早恢復活動。	異物感、疼痛感	更能穩定骨折處	0
@	84-B05-09357S	FBZ020276001	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL LEFT D:10MM L:380MM AS:SYNTHESES	69700		股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	0
	84-893-003195	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點 單片型人工水晶體 19.5D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
@	84-A02-423571	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 7H AS:SYNTHESES 423.571	34000		針對人體解剖位置預先塑型，邊緣平滑設計，減少柔軟組織的刺激。	無	自費產品在鎖定加壓有很高的成效，能更有效地固定骨折部位與更快地康復，健保部分沒有鎖定加壓作用。	0
@	84-985-484501	TKY017079007	鼻手術用氣化棒 CHANNELLING REFLEX ULTRA 45 AS:ARTHRO CARE EIC 4845-01	15000		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0
@	84-985-485701	TKY017079009	軟顎手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC4857-01	16000		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0
@	84-985-689501	TKY029471001	黏膜下鼻甲手術用 氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC6895-01	19235		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0
@	84-985-887501	TKY017079003	鼻竇、小兒扁桃腺 手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC8875-01	17000		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-985-889801	TKY017079004	腺樣體手術用氯化棒 AS:ARTHROCARE FIC8898 01	20660		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0
@	84-A29-571806	FBZ021444003	腓骨骨板 DISTAL LATERAL FIBULAR PLATELEFT, 6HOLES, 106MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2357-	61500		互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力	進組織可能產生發炎，對金屬產生敏感或有其他不良反應	互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。本產品亦採取生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到異物	0
@	84-A02-127221	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHES 02 127 221	88000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-A03-602104	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX100MMAS:APL	52920		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象；病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-286-02015F	FSZ018055004	帕瑞得複合式人工編網 PARIETEX COMPOSITE MESHES 20X15CM AS:COVIDIEN PCO2015F	32500		1.本品採用IPOM術式治療腹部疝氣。將網膜置放於腹腔內（一般開腹術式、腹腔鏡術式皆可），其具有防沾黏的特性，有效降低腹部疝氣併發症、復發率。2.產品組成：3D聚酯人工網+可吸收的膠原蛋白（防沾黏層）。3.3D聚酯人工網，具高親水性，植入後黏貼組織性佳，組織長的好。4.可吸收的膠原蛋白，植入後12天開始被吸收, 20天後完全被吸收，有效防止組織沾黏。5.防沾粘膠原薄膜滲透超過網片編織基礎層，緊密連接，不會有脫落分離的風險。6.產品透視度極佳, 可確認 Defect 被完整適當覆蓋。7.附有固定	使用本產品之後，也可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):1.血清腫、血腫。2.復發。3.感染。4.內臟沾黏。5.對產品成分產生過敏反應。	1.有效減低腹部疝氣病人的復發率。2.植入品可防止組織沾黏並自體吸收。3.植入品能部份自體吸收;依人體功學彈性編織,有效減少病人的不適、疼痛感。4.可以微創腹腔鏡術式治療。	0
@	84-A20-675207	FBZ022213005	髌部聯合加壓交鎖髓內釘 INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 10X18CM 130° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5207	70085		聯合交鎖螺釘骨折固定效果較佳、可乘載負重較高	可能會有許疼痛感	聯合交鎖螺釘採兩支螺釘交鎖產生加壓與抗旋轉功能，較健保品單一支螺釘強度增加、可乘載負重較高、術後更早期活動	0
@	84-A29-234110	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-320-09	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-159569	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 4 AS:ZIMMER	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損,改善術後滿意度,並延長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染,植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片;可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損,改善術後滿意度,並延長使用年限。	0
@	84-A26-002111	FBZ024624001	多孔鈿金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X11MM AS:ZIMMER 06-701-02111	110000		高開孔率結構,與人體海綿骨極度接近,可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	骨生長能力極佳,骨頭可以長進融合器本身,提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果,讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭,減少融合器術後的下沉(subsidence)問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度,減少術後融合器位移問題。增加植入物安全性。此產品適用於小傷口微創腰椎融合手術	0
@	84-A26-002121	FBZ024624001	多孔鈿金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X12MM AS:ZIMMER 06-701-02121	110000		高開孔率結構,與人體海綿骨極度接近,可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	骨生長能力極佳,骨頭可以長進融合器本身,提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果,讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭,減少融合器術後的下沉(subsidence)問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度,減少術後融合器位移問題。增加植入物安全性。此產品適用於小傷口微創腰椎融合手術	0
	84-A03-091026	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘左 - LARGE 9X260MM 125 度AS:A PLUS 7500-0910-26	70000	50012	本特材為鈦合金材質,生物相容性佳,由亞洲人骨骼參數設計,搭配專利增加抗旋機構設計,抗旋能力及穩定性佳,且有動態的設計,可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染,當有嚴重感染時,應放棄骨內固定治療改用牽引術,待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質,ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8
	84-A03-091028	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘左 - LARGE 9X280MM 125 度AS:A PLUS 7500-0910-28	70000	50012	本特材為鈦合金材質,生物相容性佳,由亞洲人骨骼參數設計,搭配專利增加抗旋機構設計,抗旋能力及穩定性佳,且有動態的設計,可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染,當有嚴重感染時,應放棄骨內固定治療改用牽引術,待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質,ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-091130	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘右 - LARGE 9X300MM 125 度AS:A PLUS 7500-0911-30	70000	50012	本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞 洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構 設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的設 計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發 生傷口感染，當有嚴 重感染時，應放棄骨 內固定治療改用牽引 術，待傷口感染治癒 後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療 等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相 容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的 骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8
	84-A03-091132	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘右 - LARGE 9X320MM 125 度AS:A PLUS 7500-0911-32	70000	50012	本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞 洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構 設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的設 計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發 生傷口感染，當有嚴 重感染時，應放棄骨 內固定治療改用牽引 術，待傷口感染治癒 後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療 等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相 容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的 骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8
	84-A03-092030	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘左 - LARGE 9X300MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-30	70000	50012	本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞 洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構 設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的設 計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發 生傷口感染，當有嚴 重感染時，應放棄骨 內固定治療改用牽引 術，待傷口感染治癒 後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療 等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相 容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的 骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8
	84-A03-092032	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘左 - LARGE 9X320MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-32	70000	50012	本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞 洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構 設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的設 計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發 生傷口感染，當有嚴 重感染時，應放棄骨 內固定治療改用牽引 術，待傷口感染治癒 後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療 等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相 容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的 骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8
	84-A03-092130	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘右 - LARGE 9X300MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-30	70000	50012	本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞 洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構 設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的設 計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發 生傷口感染，當有嚴 重感染時，應放棄骨 內固定治療改用牽引 術，待傷口感染治癒 後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療 等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相 容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的 骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8
	84-A03-092132	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘右 - LARGE 9X320MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-32	70000	50012	本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞 洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構 設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的設 計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發 生傷口感染，當有嚴 重感染時，應放棄骨 內固定治療改用牽引 術，待傷口感染治癒 後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療 等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相 容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的 骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-101028	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 10X280MM 125 度AS:A PLUS 7500-1010-28	70000	50012	本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的 設計，可選擇第 二根螺釘於狹長 孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8
	84-A03-101030	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 10X300MM 125 度AS:A PLUS 7500-1010-30	70000	50012	本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的 設計，可選擇第 二根螺釘於狹長 孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8
	84-A03-101128	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 10X280MM 125 度AS:A PLUS 7500-1011-28	70000	50012	本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的 設計，可選擇第 二根螺釘於狹長 孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8
@	84-A03-070600	FBZ003129018	脛骨平台內側鎖定 骨板，左 HIGH TIBIA OSTEOTOMY LOCKING PLATE 115MM 6? AS:APLUS 0701-0600-05	148500		依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，在術前我們搭配PSI導引板精確掌握參數位置、角度、深度、寬度、高度、斜率，設計出高解剖貼合的HTO骨板，不會因為術中截骨後撐開的角度或斜率而受影響。2.鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合金表面會形成TiO ₂ 具有加強抗腐蝕性的效果	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	1.鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合	0
@	84-A03-510080	FBZ005271004	拉力螺釘 AA NAILING SYSTEM SCREW 80MM AS:A PLUS 7500-9510-80	13000		本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的 設計，可選擇第 二根螺釘於狹長 孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-610075	FBZ005271003	螺葉刀 AA NAILING SYSTEM 75MM AS:A PLUS 7500-9610-75	13000		本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞 洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構 設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的設 計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發 生傷口感染，當有嚴 重感染時，應放棄骨 內固定治療改用牽引 術，待傷口感染治癒 後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療 等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相 容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的 骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	0
@	84-A03-610080	FBZ005271003	螺葉刀 AA NAILING SYSTEM 80MM AS:A PLUS 7500-9610-80	13000		本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞 洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構 設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的設 計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發 生傷口感染，當有嚴 重感染時，應放棄骨 內固定治療改用牽引 術，待傷口感染治癒 後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療 等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相 容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的 骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	0
@	84-A03-849032	FBZ005271005	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX32MM AS:A PLUS 7500- 9849-32	4365		本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞 洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構 設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的設 計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發 生傷口感染，當有嚴 重感染時，應放棄骨 內固定治療改用牽引 術，待傷口感染治癒 後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療 等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相 容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的 骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	0
@	84-A03-849034	FBZ005271005	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX34MM AS:A PLUS 7500- 9849-34	4365		本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞 洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構 設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的設 計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發 生傷口感染，當有嚴 重感染時，應放棄骨 內固定治療改用牽引 術，待傷口感染治癒 後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療 等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相 容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的 骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	0
@	84-A26-022121	FBZ028228002	多孔鈿金屬亞帝斯 實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X12MM AS:ZIMMER TMT	86783		TM-cage適用於腰椎融合手術，鈿材質不僅最具 抗腐 蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率 ，此種結構 材質的外表、作用與彈性都很像天 然骨頭，創造出最 適合骨頭生長的环境，達到 加速融合手術效果。	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有 效椎體 終板下陷。2.多孔樣的設 計有助骨融合。3.生物相容性最 高。4.摩擦係數高，融合初期固 定效果佳。5.加速達到融合手術 效果	0
@	84-A03-510075	FBZ005271004	拉力螺釘 AA NAILING SYSTEM SCREW 75MM AS:A PLUS 7500- 9510-75	13000		本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞 洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構 設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的設 計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發 生傷口感染，當有嚴 重感染時，應放棄骨 內固定治療改用牽引 術，待傷口感染治癒 後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療 等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相 容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的 骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-127231	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHES 02.127.220	88000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-B05-117004	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統 VADHP 2.7/3.5 DORSOLATERAL WITH LATERAL 4H L88MM LEFTAS:SYNTHES 04.117.104	75000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0
@	91-SPH-3C0378	SAZ020094001	"亞培"星狀血管閉合器系統	13000		本產品是用於導管手術後，經皮傳送血管夾以封閉股動脈之穿刺部，降低術後因長時間止血壓迫所產生不適感，避免因止血不慎引起血腫等併發症，增進病患術後恢復品質，故予申請提供於病患更好醫療品質。	無特殊副作用	傳統治療方式為紗布加壓止血	0
	84-893-176165	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-176170	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
@	84-120-503350	TTZ020377001	伏血凝止血劑 FLOSEAL HEMOSTATIC MATRIX 5ML AS:BAXTER	15600		1.為一種凝膠和凝血?基質，用於滲血到噴血狀況的止血。2.針對組織出血能快速有效的止血。3.不須身體凝血因子就能達到止血效果。4.符合生理性，6至8週即可被人體吸收。	如同其他的血漿製品，極少數人有可能產生過敏反應。	止血棉(歸類於手術耗材)：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。	0
@	84-A02-127230	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 8 HOLES 147MM AS:SYNTHES 02 127 230	88000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-A28-700356	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LEFT 10H AS:ACUMED 70-0356	48914		“艾克曼”小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下列適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疝或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700357	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD RIGHT 10H AS:ACUMED 70-0357	48914		“艾克曼”小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-700358	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW LEFT 9H AS:ACUMED 70-0358	48914		“艾克曼”小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700359	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW RIGHT 9H AS:ACUMED 70-0359	48914		“艾克曼”小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-700360	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE WIDE LEFT 11H AS:ACUMED 70-0360	48914		“艾克曼”小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700361	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE WIDE RIGHT 11H AS:ACUMED 70-0361	48914		“艾克曼”小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-700368	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LONG LEFT 12HAS:ACUMED 70-0368	48914		“艾克曼”小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700369	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LONG RIGHT 12HAS:ACUMED 70-0369	48914		“艾克曼”小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-700370	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW LONG LEFT 11HAS:ACUMED 70-0370	48914		“艾克曼”小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700371	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW LONG RIGHT 11HAS:ACUMED 70-0371	48914		“艾克曼”小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-11015L	FBZ019766001	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 PROXIMAL LOCKING NAIL 150 MM LAS:ACUMED 4001-1015L-S	80000		本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-11015R	FBZ019766001	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 PROXIMAL LOCKING NAIL 150 MM RAS:ACUMED 4001-1015R-S	80000		本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-210200	FBZ019766001	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 200 MMAS:ACUMED 4002-10200-S	80000		本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-210220	FBZ019766001	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 220 MMAS:ACUMED 4002-10220-S	80000		本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-210240	FBZ019766001	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 240 MMAS:ACUMED 4002-10240-S	80000		本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-210260	FBZ019766001	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 260 MMAS:ACUMED 4002-10260-S	80000		本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-210280	FBZ019766001	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 280 MMAS:ACUMED 4002-10280-S	80000		本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A02-100120	FBZ022269001	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 RECONSTRUCTION STR PLATE 3.5 COMBI-HOL 20H AS: SYNTHES 02.100.120	49455		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1. 優於健保材質不同2. 優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3. 優於健保骨板延展性高不易斷裂。4. 優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5. 優於健保更符合人體解剖學。6. 優於健保更能夠幫助骨成長癒合。7. 優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良。8. 優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-127241	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 10 HOLES 177MM AS:SYNTHES 02 127 241	88000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-A03-140102	FBZ003129015	橈骨遠端內側小型斜骨板 右 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 2HX66MMAS:APL US 1400-0001-02	54600		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A29-238009	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-09	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	0
	91-SPH-3C0397	CBP06ELUT1BK	(自付差額) Orsiro 歐禧樂西羅莫司冠狀動脈塗藥支架系統	69971	55167	本產品主要適用於改善冠狀動脈病變導致有症狀的局部缺血型心臟疾病患者的冠狀動脈腔直徑。本產品系統是由預先固定於一個快速交換遞送系統上的1個氣囊擴張支架構成。支架主體主要可用作永久植入物，主要材質為鈷-鉻合金(L-605)，且表層覆蓋一層薄薄的非結晶型碳化矽(PROBIOR)。	無	金屬製成之網狀支撐物，表面塗有防止細胞與組織增生的藥物，材質以合金或不銹鋼最常見。介入性治療可能之併發症因血管細胞及組織的增生發生，支架內再次狹窄的機率約低於10%，對支架塗之藥物過敏者，病變部位不適合裝置支架者，主治醫師認為不適合執行之架手術者。	14803.95

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	91-SPH-3C0403	CBZ032620001	Wolverine 沃芙靈切割氣球導管	35000		Wolverine冠狀動脈切割氣球導管顯微手術擴張裝置，其組成為外表縱向安置3到4片動脈硬化斑塊切割器(顯微手術刀片)的氣球。當裝置膨脹後，切割器刀片會切劃斑塊，形成破裂擴展的起始點。這個過程稱為動脈硬化斑塊切割術，可以讓目標病灶在擴張時壓力較小。	無	本產品之特色係以精密的微細刀片裝置於氣球上，借由氣球張開後的力量將阻塞之病灶做縱向的切割，相較於傳統的氣球擴張術有較高的擴張性可提供優秀的療效。對於較硬成分之斑塊，傳統氣球擴張術不易集中擴張力於病灶，擴張效果有限。	0
@	91-SPH-3C0400	HHZ023218001	EKoSonic MACH4 艾科索尼血管用設備	161000		EKOS導管能夠省時、省力又能夠完整清除血栓，大幅降低併發症的機率及死亡率。	增加出血風險,血管穿孔或破裂,末梢血塊造成栓塞,敗血症,動靜脈瘤,心律不整,截肢,氣胸,末梢血管堵塞,血栓	超音波溶栓導管利用高頻低功率震動血栓,同時釋放溶栓藥,使血栓更快速崩解,健保品項單純為溶栓輸液導管,無震波功能	0
	91-SPH-3C0401	FHP02X2DR1M4	Astra MRI 亞士卓磁振造影植入式心臟節律器-雙腔	170333	75000	本產品為雙腔植入式心臟節律器，是一種能設定多項程式的心臟用裝置，可監測並調控病患的心跳速度，提供單腔或雙腔速率反應緩脈節律治療與心房頻脈心律不整治療。	使用導線與節律系統可能引發的不良事件，包括但不限於空氣栓塞、不當加速的心律不整、過敏反應、感染、出血、身體排斥現象(包括局部組織排斥)。	與健保全額給付品項不同的附加功能為:1.具速率反應模式，可適用於運動耐受力不足或因心律不整而有運動限制的病患，例如病竇症候群。2.具心房頻脈治療功能，可自動偵測心房頻脈並給予心房抗頻脈快速刺激(Atrial ATP)，研究顯示開啟此功能可減少62%永久性心房顫動的發生率，並相對減少與心房顫動相關的住院率(42%)及急診報到率(68%)。3.具體液狀態監測，可藉由經胸腔電阻值的變化可協助推估病患胸腔體液累積的程度，研究證實與體重監測(敏感度22.5%)相比，經胸腔電阻值監測(敏感度76.4%)能更準	95333
	91-SPH-3C0402	FHP02ATDDRM4	Attesta MRI 艾視達磁振造影植入式心臟節律器-雙腔	152333	57000	本產品為雙腔植入式心臟節律器，是一種能設定多項程式的心臟用裝置，藉由單腔或雙腔速率反應緩脈節律，來監測並調控病患的心跳速率。	使用導線與節律系統可能引發的不良事件，空氣栓塞、過敏反應、感染、出血、身體排斥現象(包括局部	與健保全額給付品項不同的附加功能為:MRI SureScan此功能提供一種操作模式，植入的病患可在裝置時持續提供適當的緩脈節律治療的同時，能安全的進行MRI	95333

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管種	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-971-200618	CFZ024450001	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:60MM AS:BP-200618	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如:每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉...等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-200818	CFZ024450001	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:80MM AS:BP-200818	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如:每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉...等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-201018	CFZ024450001	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:100MM AS:BP-201018	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如:每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉...等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管種	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-971-201218	CFZ024450001	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:120MM AS:BP-201218	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如:每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉...等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-201418	CFZ024450001	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:140MM AS:BP-201418	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如:每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉...等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-201618	CFZ024450001	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:160MM AS:BP-201618	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如:每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉...等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管種	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-971-C00618	CFZ024450001	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:60MM AS:BPC-200618	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如:每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉...等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-C00818	CFZ024450001	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:80MM AS:BPC-200818	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如:每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉...等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-C01018	CFZ024450001	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:100MM AS:BPC-201018	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如:每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉...等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管種	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-971-C01218	CFZ024450001	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:120MM AS:BPC-201218	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如:每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉...等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-C01418	CFZ024450001	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:140MM AS:BPC-201418	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如:每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉...等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-C01618	CFZ024450001	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:160MM AS:BPC-201618	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能逆發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如:每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉...等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-09248S	FBZ020276001	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:9MM L:340MM AS:SYNTHES 04.009.248S	69700		股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	0
@	84-B05-09252S	FBZ020276001	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:9MM L:360MM AS:SYNTHES 04.009.252S	69700		股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	0
@	84-B14-030301	FBZ029909001	阿爾卑斯近端肱骨 A.L.P.S PROXIMAL HUMERUS PLATEPRX HUM HI PLT LT 4H 90MMAS:ZIMMER BIOMET 110030301	66500		1.解剖近端低姿態設計,服貼近端肱骨設計,降低術後不適感2.快速系統,內建鎖定系統,減低器械操作需求,提升手術效率,3.定向角度,骨針定腳參考洞,預知定位符合最佳解剖位置,4.無紋螺釘3D發散投射結構,有效固定解剖結構	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	1.多向投射角度螺釘設計,能避開關節面固定多個骨塊。2.人體工學超薄設計,能避免干擾肌腱降低術後活動不適。3.自費互鎖式骨板支撐強度優於一般健保傳統加壓式骨板。	0
@	84-A49-MB2796	FBZ027419001	莫畢西頸椎植入物 MOBI-C IMPLANT M STANDARD 17X19X6MM AS:LDR MB2796	242000		Mobi- C是用於頸椎間盤置換的單次使用裝置，用於C3至C7的一級或兩級連續級別。Mobi-C有專利移動核心設計，能模擬正常頸椎間盤的活動度和緩沖震盪的功能，從而保持了頸椎的活動度和穩定性。此產品是少數FDA有approval可以使用一節跟兩節的產品。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	Mobi- C術後可保留椎間盤活動性，降低相鄰節段椎間盤因為補償機制，負荷過大而引發繼發性退化的機率。術後無須長期配戴頸圈，恢復速度較快，可以及早回復正常生活.	0
@	84-A03-202103	FBZ003129002	肱骨近端外側鎖定骨板，右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 3HX90MMAS:APL	51700		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-330105	FBZ003129039	鎖骨鈎遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 5HX93MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-120-505181	TTZ028015003	血倍去封合止血貼片 HEMOPATCH SEALING HEMOSTAT 45X90MM AS:BAXTER 1506253	16450		1.本品由膠原和NHS-PEG構成。膠原與血液接觸時會使血小板聚集，當血小板在膠原結構上大量沉積，促使纖維蛋白形成。本品可提供立體結構以凝血。2.本品 NHS-PEG 塗層與血液接觸時，可提升血液的組織粘附性，並封合出血表面。按照推薦方法使用時，本品將於 6-8 週內被吸收，組織反應小。	用於已知對牛蛋白或亮藍（FD&C 藍色 1 號，藍色 1 號）過敏的患者，可能會有過敏反應。	止血棉：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。	0
@	84-120-505182	TTZ028015002	血倍去封合止血貼片 HEMOPATCH SEALING HEMOSTAT 45X45MM AS:BAXTER 1506256	9400		1.本品由膠原和NHS-PEG構成。膠原與血液接觸時會使血小板聚集，當血小板在膠原結構上大量沉積，促使纖維蛋白形成。本品可提供立體結構以凝血。2.本品 NHS-PEG 塗層與血液接觸時，可提升血液的組織粘附性，並封合出血表面。按照推薦方法使用時，本品將於 6-8 週內被吸收，組織反應小。	用於已知對牛蛋白或亮藍（FD&C 藍色 1 號，藍色 1 號）過敏的患者，可能會有過敏反應。	止血棉：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。	0
@	84-A02-111631	FBZ022596001	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARLEFT 6+3H 54MM AS：SYNTHES 04.111.631	52477		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞.5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B14-030401	FBZ029909001	阿爾卑斯近端肱骨 A.L.P.S PROXIMAL HUMERUS PLATEPRX HUM HI PLT RT 4H 90MMAS:ZIMMER BIOMET 110030401	66500		1.解剖近端低姿態設計,服貼近端肱骨設計,降低術後不適感2.快速系統,內建鎖定系統,減低器械操作需求,提升手術效率,3.定向角度,骨針定腳參考洞,預知定位符合最佳解剖位置,4.無紋螺釘3D發散投射結構,有效固定解剖結構	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	1.多向投射角度螺釘設計,能避開關節面固定多個骨塊。2.人體工學超薄設計,能避免干擾肌腱降低術後活動不適。3.自費互鎖式骨板支撐強度優於一般健保傳統加壓式骨板。	0
@	84-B14-030302	FBZ029909001	阿爾卑斯近端肱骨 A.L.P.S PROXIMAL HUMERUS PLATEPRX HUM HI PLT LT 7H 140MMAS:ZIMMER BIOMET 110030302	66500		1.解剖近端低姿態設計,服貼近端肱骨設計,降低術後不適感2.快速系統,內建鎖定系統,減低器械操作需求,提升手術效率,3.定向角度,骨針定腳參考洞,預知定位符合最佳解剖位置,4.無紋螺釘3D發散投射結構,有效固定解剖結構	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	1.多向投射角度螺釘設計,能避開關節面固定多個骨塊。2.人體工學超薄設計,能避免干擾肌腱降低術後活動不適。3.自費互鎖式骨板支撐強度優於一般健保傳統加壓式骨板。	0
@	84-A29-236011	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內 釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX36CM AS:ZIMMER 47- 2492-360-11	73500		1.人體工學設計,針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計,針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-111630	FBZ022596001	多角度遠端橈骨鎖 定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARRIGHT 6+3H 54MM AS: SYNTHES 04.111.630	52447		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材 質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大 ，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞.5.鈦 合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部 金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢 查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質 不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的 人體相容性高，無不良排斥反 應.3.優於健保骨板延展性高不易 斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘 設計結構.5.優於健保更符合人體 解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨 成長癒合.7.優於健保可以防止骨 膜壓迫和血循不良.8.優於健保不 影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折 部位縮短癒合時期，生活不受 健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。	0
@	84-A28-700120	FBZ019750001	近前端鎖骨骨板 MEDIAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 6H AS: ACUMED 70-0120	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇, 此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容 性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同 曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的 骨板固定。	過多的活動量，植入 時的拖延，不完全的 癒合，或是植入時對 植入物有過大量的外 力壓迫皆有可能導致 植入物的破裂、位移 與鬆脫。病人可能產 生對植入物的過敏或	無	0
@	84-449-13230P	SSZ000988001	一次性止血夾13毫 米有塗層2300毫米 AS:VDK-CD-13- 2300	750		當腸胃道內腔壁的穿孔小於20mm且可以進行保 守治療時，可使用本器械作為輔助治療。	如果在24小時內夾子 脫落，可能引起再次 出血。	無	0
@	84-120-MS0008	THZ013975001	斯龐嘉止血粉(止血 凝膠粉) 1G AS:FERROSAN MS0008	10000		本產品是一種無菌、不容於水、可展延、豬凝 膠製造、可被吸收的海綿狀物質，用於表層出 血的止血，這一種海綿狀物質呈灰白色，外表 有許多小孔。	無	無	0
@	84-A29-240010	FBZ022621001	骨釘系統 股骨髓內 釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX40CM AS:ZIMMER 47- 2492-400-10	73500		1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應 不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植 入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺 釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合 的鬆脫、彎曲、裂縫 或斷裂,或因不癒合、 骨質疏鬆、顯著的 不穩定性粉碎骨折造 成骨固定喪失。2.不 癒合或癒合不良,造 成喪失旋轉或角度上 的解剖位置。深層或 表淺性感染。3.對裝 置材料過敏及其他反 應	人體工學設計，針對不同長度之 長骨有對應不同曲率設計,髓內釘 周圍有減壓線設計避免植入時造 成術中再次骨折.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700119	FBZ019750001	近前端鎖骨骨板 MEDIAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 8H AS : ACUMED 70-0119	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板,生物相容性高,骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同,選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量,植入時的拖延,不完全的癒合,或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質,固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主,固定力較差、易鬆脫,不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A03-330005	FBZ003129039	鎖骨鈎遠端鎖定骨板左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 5HX93MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-VAL-LF1837	SAY030932001	利嘉修爾鈍頭含塗層閉合分離器 LIGASURE BLUNT TIP OPEN SEALER/DIVIDER5 MMX37CMAS:COV IDIEN LF1837	26000		本產品為雙極電外科裝置適用於需要閉合或分割血管、組織束及淋巴管的微創或開腹手術。本產品可用於 7mm(含)以下的血管(動脈及靜脈)。本產品可用於一般外科手術及專科手術(如：泌尿、血管、胸腔及婦科)。手術可能包括但不限於尼式胃底摺疊手術(Nissen fundoplication)、結腸切除術(colectomy)、膽囊切除術(cholecystectomy)、沾黏剝離手術 2 (adhesiolysis)、子宮切除術(hysterectomy)及卵巢切除術(oophorectomy)等。	無	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-301-ISM100	FSZ031551001	愛適達迷你懸吊手術系統AS:CL MEDICAL IS M1	33000		1.懸吊帶材質有抗變形的設計、採用無張力單股編織。2.網片邊緣無裁切缺口，不會經時間變化產生細小分子微粒產物。3. 懸吊帶採用無切邊編織，手術過程較不會造成手術切口路徑刺激。4. 懸吊帶採用可調整錨扣的設計，能依調整病人體型調整合適張力。	醫療器材報告(MDRs)記載針對用於應力性尿失禁修護之手術用網片/懸吊帶類產品之常見併發症，依發生頻率為：疼痛、陰道侵蝕（暴露、擠出或突出）、感染、泌尿問題、經常性失禁、性交期間疼痛（性交疼痛）、出血、臟器穿孔、神經－肌肉問題和陰道疤痕。這些併發症大多需要額外的醫療介入，有時需	此產品與健保給付品項之差異為體外無開放式傷口，採用陰道入切口放置懸吊帶，降低疼痛感，不影響外觀，能縮短術後恢復期。	0
@	84-B05-112142	FBZ024782001	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 6H AS:SYNTHESES 04.112.142	72450		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動.複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-120-SK0001	TTZ031099001	可吸收性止血劑及敷料 ABSORBABLE HEMOSTATIC AGENT AND DRESSING 1G 4DRYFIELD PH AS:PLANTTEC SK0001-EU	10300		1.全球目前唯一通過歐盟CE及TFDA認證的防沾黏和止血產品。2.本產品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生親水性微粒構成)。3.自由流動的特性使本產品可在手術中簡單、安全的運用。4.不含任何動物及人類來源成分。5.本產品經滅菌、不含熱源且具生物相容性。	本品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成)，極少副作用。在極少數情況下，發現使用本產品後幾天內C反應蛋白(CRP)的選擇性增加，而在幾天後下降到正常範圍的水平。(請詳	無類似功能健保給付品項	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-120-SK0003	TTZ031099002	可吸收性止血劑及敷料 ABSORBABLE HEMOSTATIC AGENT AND DRESSING 3G 4DRYFIELD PH AS:PLANTTEC SK0003-EU	18060		1.全球目前唯一通過歐盟CE及TFDA認證的防沾黏和止血產品。2.本產品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生親水性微粒構成)。3.自由流動的特性使本產品可在手術中簡單、安全的運用。4.不含任何動物及人類來源成分。5.本產品經滅菌、不含熱源且具生物相容性。	本品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成)，極少副作用。在極少數情況下，發現使用本產品後幾天內C反應蛋白(CRP)的選擇性增加，而在幾天後下降到正常範圍的水平。(請詳	無類似功能健保給付品項	0
@	84-120-SK0005	TTZ031099003	可吸收性止血劑及敷料 ABSORBABLE HEMOSTATIC AGENT AND DRESSING 5G 4DRYFIELD PH AS:PLANTTEC SK0005-EU	22150		1.全球目前唯一通過歐盟CE及TFDA認證的防沾黏和止血產品。2.本產品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生親水性微粒構成)。3.自由流動的特性使本產品可在手術中簡單、安全的運用。4.不含任何動物及人類來源成分。5.本產品經滅菌、不含熱源且具生物相容性。	本品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成)，極少副作用。在極少數情況下，發現使用本產品後幾天內C反應蛋白(CRP)的選擇性增加，而在幾天後下降到正常範圍的水平。(請詳	無類似功能健保給付品項	0
@	84-A03-330006	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX104MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-320004	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX82MMAS:APL US 0003-0200-04	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-140004	FBZ003129015	橈骨遠端內側小型斜骨板 左 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 4HX85MMAS:APL US 1400-0000-04	54600		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0